

Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Zakázka: „Transportní a sprchová lehátka a křesla pro Oblastní nemocnici Náchod“

Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje
Ve věcech technických	Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz
Ve věcech veřejné zakázky	JUDr. Ivona Marčíšin, tel.: +420 495 817 479, e-mail: ivmarcisin@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

-
- ❖ **Zadavatel vydává v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:**

DOTAZY:

„Zadavatel v technické specifikaci u položky 1-lehátko transportní pro přepravu pacientů požaduje:

- (1)** Skládací nerezové zábrany zajišťující pacienta proti pádu při transportu.
-Umožní zadavatel dodavateli variantu kovových lakovaných sklopných postranic s bezpečnostnímu systémem SAFE GAPS, který zcela eliminuje sevření ruky během skládání?
- (2)** Výška zdvihu ložné plochy min. 70-105 cm.
- Umožní zadavatel dodavateli lehátko s výškou zdvihu 57-94 cm?

(3) Zadavatel v technické specifikaci u položky 4-křeslo sprchové, pojízdné požaduje :
nosnost alespoň 150 kg.

- Umožní zadavatel variantu křesla s nosností 130 kg?“

ODPOVĚDI:

- (1) Ano, zadavatel bude akceptovat variantu kovových lakovaných sklopných postranic eliminujících možnost sevření ruky.
- (2) Ano, zadavatel bude akceptovat lehátko s celkovou výškou zdvihu min. o 35 cm (tj. jedná se o rozdíl mezi minimem a maximem). Toto upřesnění bylo uvedeno i do předmětných příloh, které jsou součástí této dodatečné informace.
- (3) Ne, zadavatel trvá na nosnosti min. 150 kg.

-
- Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 99 odst. 2 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 10. 2020 v 13:00 hodin.**

V Hradci Králové dne 25. 9. 2020

JUDr. Ivona Marčíšin
na základě pověření