

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

veřejné zakázky,

na dodávky zadávané postupem mimo režim zákona dle § 31 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje s názvem:

„DODÁVKA RESPIRÁTORŮ TŘÍDY FFP2 BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILKU NR D“

Zadavatel: **Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje**
se sídlem: Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové
IČ: 481 45 122
zastoupen: MUDr. Liborem Senetou, ředitelem

Zadavatel k dotazu dodavatele ze dne 6.10.2020 podává vysvětlení k zadávací dokumentaci:

Dotaz dodavatele č. 1:

Dovolte mi se zeptat k výběrovému řízení na respirátory třídy FFP2 bez výdechového ventilku NR D. V zadávací dokumentaci máte uvedeno, že potřebujete:

- Certifikát, který prokazuje dobrovolnou zkoušku zanášení dolomitovým prachem (Dolomite test). Je toto opravdu potřeba? My máme k dispozici například test Výzkumného ústavu bezpečnosti práce – viz příloha. Nicméně dolomitový test nemáme.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel v zadávacích podmínkách požaduje dolomite test. V případě, že účastník toto není schopen doložit, bude z výběrového řízení vyloučen.

V Hradci Králové dne 7.10.2020



MUDr. Libor Seneta
ředitel

**Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje**
Hradecká 1690/2A
500 12 Hradec Králové
IČO: 48145122