

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

na veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“ Vybavení ONN pro návaznou péči – RTG systém s nepřímou digitalizací II.“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

V zadávacím řízení zastoupen: J&T advokátní kancelář s.r.o.
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 15.10.2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

„příloha č. 2_Technické podmínky – rozlišení kazet 5 pixel/mm a 10 pixel/mm pro všechny formáty kazet.

Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného CR zařízení splňující medicínský účel s prostorovým rozlišením 5 pixel/mm a 10 pixel/mm pro kazety 35x43, 35x35 a s prostorovým rozlišením 10 pixel/mm pro kazety 35x43, 35x35, 24x30, 18x24? Nižší prostorové rozlišení pro menší formáty kazet přináší uživateli zanedbatelnou časovou úsporu, a tedy nemá praktický klinický význam.

Odpověď:

Zadavatel trvá na daném požadavku vycházejícím z místních standardních klinických postupů.

Dotaz č. 2:

„Příloha č. 2_Technické podmínky – Čtecí zařízení pro CR kazety

Akceptuje zadavatel alternativní nabídku s jedním bezdrátovým flat-panel detektorem CsI s plochou 43x43 cm, případně obdobné řešení. Jedná se o modernější technologii, které usnadní, zrychlí práci na RTG pracovišti a je ve stejné cenové hladině jako specifikované CR zařízení.

Odpověď:

Zadavatel neakceptuje alternativní nabídku. Požadavky zadavatele jsou postaveny na poplávce analogového systému dimenzovaného pro daný provoz. V případě řešení pomocí přímé digitalizace by zadavatel musel nově definovat parametry prostředků přímé digitalizace a jejich počet tak, aby byl zajištěn bezproblémový a výstupem kvalitní provoz skiografie na pracovišti.

V Praze dne 20. října 2020.

J&T advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník