

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

na veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“ Vybavení ONN pro návaznou péči – infuzní technika“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel: **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

V zadávacím řízení zastoupen: **J&T advokátní kancelář s.r.o.**
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba: **Bc. Michaela Kapustová**, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 26.10.2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci, bod dokovací stanice s min. 10 pozicemi, požaduje *Počet pozic pro lineární dávkovač nebo infuzní pumpu min. 10. (V případě modulárního systému bude nabídka obsahovat i koncové prvky požadovaného modulu.)* Bude zadavatel akceptovat řešení, kdy účastník nabízí dokovací stanice pro 6 pozic s koncovými prvky a dokovací stanice pro čtyři pozice s koncovými prvky, což splní požadovaný počet pozic u lůžka?

Odpověď:

Zadavatel obecně akceptuje splnění požadavku na minimální počet 10 pozic v dokovací stanici u jednoho lůžka nahrazením dvěma (2) kusy dokovacích stanic, které dohromady poskytnou minimálně potřebných 10 pozic pro lineární dávkovače nebo infuzní pumpy.

V Praze dne 27. října 2020

J&T advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník