

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

na veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“ Vybavení ONN pro návaznou péči – infuzní technika“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel: **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

V zadávacím řízení zastoupen: **J&T advokátní kancelář s.r.o.**
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba: **Bc. Michaela Kapustová**, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 27.10.2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje pro všechny lineární dávkovače a infuzní pumpy “plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice”.

Zdvořile žádáme zadavatele, aby přezkoumal tento požadavek, protože nemá žádné medicínské opodstatnění a mohl by vést ke zbytečnému omezení hospodářské soutěže.

Moderní zařízení nejen ve zdravotnictví již mnoho let ustupují od fóliové klávesnice a jako ovládací prvky volí dotykové displeje nebo skleněné dotykové plochy. Mezi hlavní výhody dotykového ovládání patří mechanická odolnost, snadnější a rychlejší ovládání a v dnešní době velmi zásadní lepší dezinfikovatelnost. I nejnovější modely světových výrobců infuzní techniky jsou vybaveny výlučně dotykovým ovládáním na displeji.

Díky každodennímu používání dotykových mobilních telefonů je společnost na dotykové displeje zvyklá a použití dotykového displeje jako hlavního ovládacího prvku je široce akceptovatelné.

V České republice jsou v aktivním užívání desítky tisíc zdravotnických prostředků, které mají pouze ovládání pomocí dotykového displeje a nikdy nebyla hlášena žádná nežádoucí příhoda spojená s použitím dotykového displeje a neexistuje žádný důvod se domnívat, že by

ovládání pomocí dotykového displeje jakkoliv medicínsky nebo bezpečnostně ovlivňovalo správnou funkci infuzní techniky.

Bude zadavatel kromě fóliové klávesnice akceptovat nabídku na moderní lineární dávkovače a infuzní pumpy vybavené barevným průmyslovým dotykovým displejem doplněným podsvícenými tlačítky pro zapnutí/vypnutí přístroje a přístup do hlavního menu?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat plnohodnotné dotykové ovládání prostřednictvím barevného dotykového displeje s úhlopříčkou minimálně 7". Zadavatel se k tomu vyjádřil v dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, které uveřejnil na svém profilu dne 26. 10. 2020.

V Praze dne 27. října 2020

J&T advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník