

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

na veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“ Vybavení ONN pro návaznou péči – infuzní technika“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel: **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

V zadávacím řízení zastoupen: **J&T advokátní kancelář s.r.o.**
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba: **Bc. Michaela Kapustová**, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 27.10.2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Zadavatel odpoví na dotaz jednoho z uchazečů uvedl že “Akceptuje plnohodnotné dotykové ovládání prostřednictvím barevného dotykového displeje s úhlopříčkou minimálně 7”.

Rádi bychom nabídli infuzní techniku s barevným dotykovým displejem s úhlopříčkou 3,5”. U displejů infuzní techniky není stanoven pevný poměr stran, a proto větší úhlopříčka neznamena lepší přístroj. Displej infuzní techniky kterou zamýšlíme nabídnout je navržený pro optimální ergonomické a přehledné ovládání.

Bude zadavatel akceptovat infuzní techniku s barevným dotykovým displejem s úhlopříčkou 3,5”?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat infuzní techniku s barevným dotykovým displejem s úhlopříčkou min. 7” (viz. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 26. 10. 2020).

Pro bližší vysvětlení zadavatel uvádí, že z předchozích zkušeností personálu, který v nemocnici zařízení obsluhuje, se pro bezpečné a jednoduché ovládání jeví jako

nejvhodnější fóliová klávesnice. V daném případě, kdy zadavatel připustil ovládání pomocí dotykového displeje, mu záleží na zachování jistého a bezpečného ovládání, což splní pouze dostatečně veliký displej. Displej s úhlopříčkou 7“ a větší dle zadavatele toto splňuje.

Zadavatel tak nebude akceptovat infuzní techniku s barevným dotykovým displejem s úhlopříčkou 3,5“.

V Praze dne 2. listopadu 2020

J&T advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník