

## Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

**Zakázka:** Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje II  
**Zadavatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
**Způsob zadání:** Otevřené nadlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

---

**Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedeného dotazu a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.**

### Dotaz č. 1:

V příloze č. 3b) zadávací dokumentace, v technické specifikaci dodávky pro dílčí část B Anesteziologické přístroje a plicní ventilátory, zadavatel požaduje u anesteziologických přístrojů pro ARO Rychnov nad Kněžnou natolik specifické vlastnosti, jako jsou ekonometr a elektro řízení ventilátor s elektrickým pohonem bez řídicího plynu, že se domníváme, že výše uvedené technické požadavky jsou stanoveny tak, že je lze splnit produktem pouze jednoho výrobce, přičemž nemají žádný přímý vliv na účel použití.

Tím je porušena zásada transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení ke všem uchazečům, § 6 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění.

Umožní zadavatel obdobné technické řešení v uvedených bodech splňující účel použití?

### Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že u ekonometru je důležité, aby dodávaný přístroj umožňoval ekonomické a životnímu prostředí šetrné nízké průtoky anesteziologických plynů ve smyslu Low – flow a Minimal – flow. Tato podmínka je dnes již běžným standardem u naprosté většiny anesteziologických přístrojů.

Zadavatel požaduje dodání elektro řízeného ventilátoru s elektrickým pohonem – bez řídicího plynu, neboť je to pro provoz daného anesteziologického přístroje důležité. Nemocnice doposud nemá na operačních sálech provedeny rozvody stlačeného vzduchu. Zadavatel tedy trvá na svých požadavcích.

### Místo a doba pro podání nabídek:

Lhůta a místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle Zadávací dokumentace.

V Hradci Králové dne 28. 4. 2014



Ing. Pavel Tichý  
zástupce zadavatele