



VYSVĚTLENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“ Elektrokoagulační jednotka s argon koagulací“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

V zadávacím řízení zastoupen: **J&T advokátní kancelář s.r.o.**
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba: **Bc. Michaela Kapustová**, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 2.12.2020 dotaz účastníka k objasnění výzvy k podání nabídek.

Dotaz č. 1:

„Zadavatel požaduje u elektrochirurgického koagulačního přístroje základní frekvenci 430 kHz +/- 20%. Námi nabízená elektrokoagulační jednotka pracuje s VF frekvencí 333 kHz. Je nabízené řešení pro zadavatele akceptovatelné? Zdůvodnění dotazu: Nabízené řešení obvykle plně vyhovuje požadovanému medicínskému účelu.“

Odpověď:

Zadavatel na základě uvedeného dotazu k této veřejné zakázce přezkoumal své požadavky na elektrochirurgický přístroj s argon koagulací a dospěl k závěru, že z provozního hlediska upraví znění minimálních technických požadavků.

Zadavatel zveřejňuje upravenou s názvem Příloha č. 2_Technická specifikace_REVIZE a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.

V Praze dne 4.12.2020

J&T advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník