

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1
(Dodatečná informace č. 1)

Název veřejné zakázky: „Automatický tlakový injektor kontrastní látky k CT pro Městskou nemocnici, Dvůr Králové nad Labem“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

Mgr. Kateřina Machová, kamachova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 489

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), zejména v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel vydává v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ vysvětlení a změnu zadávacích podmínek, a to následující:

Dotaz č. 1: „automatický troj pístový tlakový injektor kontrastní látky a fyziologického roztoku umístěný na pojízdném stojanu: Nabízíme automatický tlakový injektor s peristaltickou pumpou umístěný na pojízdném stojanu, se dvěma pozicemi na kontrastní látky a jednou pozicí na fyziologický roztok. Bude zadavatel takovou nabídku akceptovat?“

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Dotaz č. 2: „možnost nastavení tlakového limitu až 300 psi: Nabízíme možnost nastavení tlakového limitu až 250 psi. Bude zadavatel takovou nabídku akceptovat?“

Odpověď na dotaz č. 2

Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Na základě výše podaných vysvětlení se lhůta pro podání nabídek prodlužuje. **Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 1. 2020 ve 14:00 hodin.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace ve znění DI 1

Příloha č. 4 - Tabulka minimálních požadavků ve znění DI 1

V Hradci Králové 21. 12. 2020

Mgr. Kateřina Machová,
na základě pověření