

## Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

### **Zakázka: „Harmonické skalpely pro Oblastní nemocnici Náchod“**

#### **Identifikační údaje zadavatele**

podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019.

#### **Zadavatel č. 1**

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název	<b>Královéhradecký kraj</b>
Sídlo	<b>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</b>
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: [vnyc@kr-kralovehradecky.cz](mailto:vnyc@kr-kralovehradecky.cz)

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: [mmichl@kr-kralovehradecky.cz](mailto:mmichl@kr-kralovehradecky.cz)

Ve věcech veřejné zakázky

JUDr. Jana Mitrović, tel.: +420 495 817 453, e-mail: [jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz](mailto:jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz)

#### **Zadavatel č. 2**

Název	<b>Oblastní nemocnice Náchod a.s.</b>
Sídlo	<b>Purkyňova 446, 547 01 Náchod</b>
IČO	260 00 202
DIČ	CZ699004900

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: [buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz](mailto:buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz)

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail: [kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz](mailto:kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz)

### **Profil zadavatele**

[https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

### **Druh a režim veřejné zakázky:**

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

### **Dotaz č. 1:**

Požadavek zadavatele: Frekvence v případě UZ cca 47 kHz.

Vzhledem k tomu, že generování UZ energie u námi nabízeného ultrazvukového skalpelu probíhá pomocí torzního pohybu čepelky, soustředí se veškerá energie pouze mezi branže nástroje a neztrácí se do okolí. Proto je kmitočet námi nabízeného přístroje 36 kHz dostatečný k vyvinutí potřebné energie pro bezpečnou koagulaci a řez. Bude zadavatel akceptovat naši nabídku ultrazvukového skalpelu s frekvencí 36 kHz?

### **Odpověď č. 1:**

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku skalpelu s frekvencí 36 kHz.

### **Dotaz č. 2:**

Požadavek zadavatele: Podpora 5 mm laparoskopických nástrojů a nástrojů pro otevřené výkony resterilizovatelných. Námi nabízené 5 mm laparoskopické nástroje a nástroje pro otevřené výkony se skládají z části resterilizovatelné (autoklávovatelné) a části jednorázové. V případě jednorázových nůžek je vždy zajištěna 100% funkčnost nástroje a složení nástroje je velmi jednoduché a rychlé bez použití klíče systémem Plug'n Play. Bude zadavatel akceptovat naši nabídku ultrazvukového skalpelu s nástroji částečně resterilizovatelnými?

### **Odpověď č. 2:**

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku s částečně resterilizovatelnými nástroji.

Příloha:

p01a - Skalpely - Technická specifikace \_rev01

p04 - Skalpely - Tab plnění požadavků \_rev01

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

**Nová lhůta pro podání nabídek končí 26. 1. 2021 v 9:00 hodin.**

V Hradci Králové 22. 12. 2020

JUDr. Jana Mitrović  
na základě pověření