

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Zakázka: Anesteziologické přístroje včetně monitorů pro Oblastní nemocnici Náchod

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ70889546

Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

Mgr. Jitka Bučková, tel.: +420 495 817 512, e-mail: jbuckova@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČO 260 00 202

DIČ CZ699004900

Jednající RNDr. Bc. Jan Mach, statutární ředitel

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail:
kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

V ZD je požadováno:

- modul plynové analýzy (vlastní měření může být řešeno modulem monitoru nebo jako součást anesteziologického přístroje se zobrazením dat na displeji ventilátoru):
 - o měření inspirační a expirační hodnoty: O₂ (paramagneticky), N₂O, CO₂ a volatilních anestetik s jejich automatickou detekcí,
 - o zobrazení hodnot obsahu zbývajících složek plynů ve směsi,
 - o vyhodnocení minimální alveolární koncentrace MAC nebo MAC přepočtený na věk pacienta,
 - o měřicí systém s odlučovačem vody a možností jeho vyprázdnění.

Dotaz:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci modul plynové analýzy, u kterého je mimo jiné požadováno zobrazení hodnot obsahu zbývajících složek plynů ve směsi. Chápe uchazeč správně, že tímto požadavkem zadavatele je myšleno měření a zobrazení expiračních (zbývajících) složek plynů ve směsi pro CO₂, O₂, N₂O a koncentrace anestetika, kde především v uzavřeném systému v režimu automatického zpětnovazebního řízení anestezie jsou expirační (zbytkové) složky plynů (zejména O₂, inhalační anestetikum) doplněny na požadované cílové hodnoty vhodné pro inspirium?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, uchazeč správně chápe požadavky zadavatele.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové 23. 12. 2020

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření