

Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Zakázka: „Zařízení pro rigidní endoskopii pro Oblastní nemocnici Náchod“

Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje
Ve věcech technických	Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz
Ve věcech veřejné zakázky	JUDr. Ivona Marčíšin, tel.: +420 495 817 479, e-mail: ivmarcisin@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

DOTAZY:

„Prosím o následující vysvětlení zadávací technické dokumentace v sekci Artroskopické věže:“

DOTAZ Č. 1

Hlavní Full HD monitor:

Jas min. 700 cd/m² – bude zadavatel akceptovat hodnotu monitoru 300 cd/m², která je běžnou hodnotou pro monitory 4K rozlišení a použití pro artroskopické operace?

Vstupy min. Display Port 1.2, HDMI 2.0, RGB – bude zadavatel akceptovat port DVI-D a Display Port, které jsou pro zobrazení 4K podmínkou a plně kompatibilní s nabízenou videojedinotkou?

ODPOVĚĎ Č. 1

Zadavatel trvá na hodnotě 700 cd/m² z důvodu eliminace snížení kvality obrazu.

Dle znalostí zadavatele je HDMI ekvivalentem k DVI-D rozhraní, požadavky zadavatele tak nejsou v rozporu s požadavky účastníka na dodání technologie s DVI-D a Display Port rozhraním.

DOTAZ Č. 2

Kamerová jednotka:

Součástí dodávky 1TB SSD USB 3.1 disk pro ukládání videa a fotografií, čtení min. 450 Mb/s – bude zadavatel akceptovat záznamové interní zařízení SSD o kapacitě 256 GB, které plně vyhovuje pro použití v artroskopii a pojme stovky operačních výkonů? Případně lze dodat externí disk o kapacitě 1 TB.

Odpověď č. 2.1: V zadávací dokumentaci zadavatel požaduje dodání externího disku 1 TB, to nevylučuje možnost interního úložiště o stejné kapacitě.

Možnost zadávání patientských dat přes klávesnici – export patientských dat společně s obrazovými soubory – bude zadavatel akceptovat zadávání patientských dat pomocí tabletu, který slouží také editaci dat a nastavení artroskopické videojedinotky? Shodné vlastnosti má i dotykový displej videojedinotky.

Odpověď č. 2.2: Zadavatel předpokládá, že tablet obsahuje virtuální klávesnici a tím splňuje původní požadavek zadavatele na zadávání patientských dat přes klávesnici.

Součástí kamerové jednotky je integrovaný systém pro filtraci barevných spekter pro zviditelnění tkáňových struktur ovladatelný z kamerové hlavy nezávislý na světelném zdroji (zadavatel alternativně připouští řešení pomocí skleněných filtrů ve světelném zdroji) - Z medicínského hlediska je požadavek na filtraci barevných spekter pro využití v artroskopii minoritním požadavkem a praxi nepoužívaným. Tento požadavek značně omezuje nabídky konkurence a může být diskriminační podmínkou. Bude zadavatel akceptovat kamerovou jednotku bez požadavku na filtraci barevných spekter?

Odpověď č. 2.3: Dle znalostí zadavatele se při artroskopických výkonech využívají režimy, které umožňují rovnoměrné vyvážení jasu v obraze, a které jsou součástí systémů pro filtraci barevných spekter. Aby Zadavatel předešel diskriminaci jiných účastníků v Zadávací dokumentaci záměrně připustil dvě navzájem se alternující technologie.

Kamerová jednotka musí umožnit nastavení individuálních uživatelských módů pro filtraci barevných spekter na celé barevné škále VIS a musí obsahovat přednastavené programy a to min. 1 program pro vyrovnání přexponovaných a podexponovaných míst v

obrazu, min. 2 programy pro úpravu kontrastu a min. 3 módy pro úpravu barevného spektra a kontrastu pro zvýraznění tkáňových struktur (zadavatel alternativně připouští řešení pomocí skleněných filtrů ve světelném zdroji). - Z medicínského hlediska je požadavek na filtraci barevných spekter a individuální uživatelské módy pro využití v artroskopii minoritním požadavkem a praxi nepoužívaným. Tento požadavek značně omezuje nabídky konkurence a může být diskriminační podmínkou. Bude zadavatel akceptovat kamerovou jednotku bez požadavku na filtraci barevných spekter a módů?

Odpověď č. 2.4: Dle znalostí zadavatele se při artroskopických výkonech využívají režimy, které umožňují rovnoměrné vyvážení jasu v obrazu, a které jsou součástí systémů pro filtraci barevných spekter. Aby Zadavatel předešel diskriminaci jiných účastníků v Zadávací dokumentaci záměrně připustil dvě navzájem se alternující technologie.

DOTAZ Č. 3

Kamerová hlava:

Objektiv s parafokálním ZOOM - PARFOKÁLNÍ ZOOM. Bude zadavatel akceptovat kameru, která umožňuje díky vysokému 4K rozlišení dvojnásobný digitální zoom při kterém nedojde k rozostření obrazu?

ODPOVĚĎ Č. 3

Ano, zadavatel akceptuje navrhované řešení.

DOTAZ Č. 4

Shaverová jednotka včetně ovládacího pedálu a motoru:

Možnost nastavení startovní pozice frézky pro maximální bezpečnost pacienta - Z medicínského hlediska se jedná o neopodstatněný požadavek limitující dodavatele různých systémů shaveru. Bude zadavatel akceptovat nabídku, která neobsahuje nastavení pozice frézky?

ODPOVĚĎ Č. 4

Z důvodu zavedených postupů je nutné, aby bylo možné frézu zavádět v uzavřeném tj. bezpečné stavu do pacienta. A traumatické zavedení frézy je naprosto základním požadavkem, který splňuje naprostá většina dodavatelů na trhu,

DOTAZ Č. 5

Bipolární přístroj pro odstraňování měkkých tkání artroskopicky:

Výkon až 0 – 380 W - Z medicínského hlediska je výkon do 250W zcela dostačující a šetrnější pro pacienta. Bude zadavatel akceptovat výkon jednotky 0-250W?

Odpověď č. 5.1: Ano, zadavatel akceptuje toto řešení.

Systém udržování konstantní teploty hrotu, možnost nastavení teploty – Bude zadavatel akceptovat přístroj bez uvedené vlastnosti? Tento požadavek značně omezuje nabídky konkurence a může být diskriminační podmínkou.

Odpověď č. 5.2: Zadavatel z důvodu bezpečnosti výkonů požaduje monitoraci a konstantní udržování teploty na distálním konci. Tento parametr nabízí více přístrojů běžně dostupných na trhu.

DOTAZ Č. 6

Endoskopický vozík:

Zabudovaný konektor v zadních dveřích pro připojení k videomanagementu - Standardně není součástí vozíku. Bude zadavatel vzhledem k více typům konektorů a neoznámení typu konektoru, který požaduje, akceptovat nabídku bez konektoru na zadních dveřích vozíku?

ODPOVĚĎ Č. 6

Nové prostory jsou vybaveny systémem pro videomanagement. Systémy, které zadavatel plánuje v rámci VZ pořídit musí být k tomuto systému jednoduše a bezpečně připojitelné. Z tohoto důvodu zadavatel trvá na 4K video výstupu na zadních dveřích vozíku.

DOTAZ Č. 7

Zadavatel uvádí, že předmětná dodávka zahrnuje **laparoskopické věže, endoskopickou věž artroskopickou, nízkotlaký vysokoprůtokový insuflátor s odsáváním kouře, kolposkopy, elektrokoagulace, video-rektoskop, nefroskop**, to vše včetně veškerých příslušenství.

Artroskopická věž je sestava, kterou lze využít i pro jiný účel než ostatní uvedené části (dodávky) a to s ohledem na specifický charakter některých přístrojů této sestavy. Aby tuto veřejnou zakázku mohli splnit i dodavatelé, kteří laparoskopické věže nedodávají, připustí zadavatel rozdělení veřejné zakázky na části?

ODPOVĚĎ Č. 7

Jednotlivé části artroskopické věže mohou být plně zaměnitelné v rámci jednotlivých komponentů u velké části každé sestavy. Nesporným je pak jednotný servis. Zadavatel tedy nepřipouští rozdělení zakázky na jednotlivé části.

Vzhledem k momentální časové náročnosti koordinace přípravy odpovědí na dotazy resp. úpravy relevantních příloh zadávací dokumentace v návaznosti na výše uvedené odpovědi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. V případě úpravy nebo změny zadávacích podmínek (vč. příloh ZD) bude lhůta pro podání nabídek dále přiměřeně prodloužena.

- Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 99 odst. 2 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 1. 2021 v 10:00 hodin.**

V Hradci Králové dne 23. 12. 2020

JUDr. Ivona Marčíšin
na základě pověření