

## Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

**Zakázka: Anesteziologické přístroje včetně monitorů pro Oblastní nemocnici Náchod**

### **Zadavatel č. 1**

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ70889546

Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: [vnyc@kr-kralovehradecky.cz](mailto:vnyc@kr-kralovehradecky.cz)

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: [mmichl@kr-kralovehradecky.cz](mailto:mmichl@kr-kralovehradecky.cz)

Ve věcech veřejné zakázky

Mgr. Jitka Bučková, tel.: +420 495 817 512, e-mail: [jbuckova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:jbuckova@kr-kralovehradecky.cz)

### **Zadavatel č. 2**

Název Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČO 260 00 202

DIČ CZ699004900

Jednající RNDr. Bc. Jan Mach, statutární ředitel

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: [buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz](mailto:buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz)

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail:  
[kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz](mailto:kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz)

**Profil zadavatele:**

[https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

### **Druh a režim veřejné zakázky:**

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

### **Dotaz č. 1:**

Zadavatel v příloze p01a - Technická specifikace požaduje splnění parametru: „nastavitelná dechová frekvence 3 až 80 cyklů/min.“ Uchazeč by rád nabídnul anesteziologický přístroj, který disponuje nastavitelnou dechovou frekvencí v rozsahu 4 až 100 cyklů/min. Na základě praktických a klinických zkušeností má uchazeč za to, že se jedná o klinicky nevýznamnou odchylku od požadavku zadavatele, která nemá negativní vliv na medicínský účel, za kterým je tento ZP pořizován. Naopak účastník takovou nabídkou rozsahu dechové frekvence, kdy je možné nastavení vyšší dechové frekvence než zadavatel požaduje ( až 100 cyklů/min. ), by rád nabídnul zadavateli prakticky a funkčně lepší přístroj s větší možností jeho aplikace nejen pro dospělé pacienty, ale také případně pro děti a novorozence, zejména když zadavatel v jiné části technické specifikace požaduje „Dechový objem Vt od min. 5 ml měřeného objemu“.

Umožní zadavatel uchazeči nabídnout anesteziologický přístroj s rozsahem nastavení dechové frekvence 4 až 100 cyklů/min.?

### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Ano, zadavatel upravuje požadavek na: nastavitelná dechová frekvence v rozsahu min. 4 až 80 cyklů/min.

Přílohou tohoto vysvětlení jsou upravené:

- p01a - Anestez - Technická specifikace \_rev01
- p04 - Anestez - Tab plnění požadavků \_rev01

### **Dotaz č. 2:**

Zadavatel v příloze p01a - Technická specifikace požaduje splnění parametru: „Možnost napojení odpařovačů sevofluran a desfluran - DODÁVKA BEZ ODPAŘOVAČŮ“. Účastník by rád u tohoto požadavku zadavatele upozornil na skutečnost, že s ohledem na to, že zadavatel v technické specifikace nepřímo požaduje tzv. elektronické odpařovače, tak by z důvodu kompatibility tyto odpařovače ( sevoran a desfluran ), měly být součástí nabídky. Z veřejně dostupných informací je známo, že kompatibilita elektronických odpařovačů jednotlivých výrobců není možná. Za předpokladu, že zadavatel počítá s budoucím použitím např. již stávajících elektronických odpařovačů a vysoutěží konkurenční techniku, by se tak mohl zadavatel vystavit problému tzv. vícenákladů při dodatečném pořizování takových odpařovačů.

Na základě informací výše, účastník žádá zadavatele, zda by opravil požadavek v technické specifikaci na: Dodávka včetně odpařovačů, 1ks Sevofluran a 1ks Desfluran. S ohledem na to účastník také žádá zadavatele o navýšení finančního limitu této VZ pro dílčí část A ( Dílčí předpokládaná hodnota plnění za kompletní dodávku - dílčí část A) o 1 mil. Kč bez DPH.

### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Zadavatel požaduje dodávku bez odpařovačů. Uchazeč musí nabídnout přístroj, ke kterému na českém trhu dodavatelé anestetik dodávají anestetika včetně odpařovačů tak, jak je dlouhodobě obvyklým standardem.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

**Lhůta pro podání nabídek se mění. Nová lhůta pro podání nabídek je 13. 1. 2021 v 9:00 hodin.**

### **Přílohy:**

- p01a - Anestez - Technická specifikace \_rev01
- p04 - Anestez - Tab plnění požadavků \_rev01

V Hradci Králové 30. 12. 2020

Mgr. Jitka Bučková  
na základě pověření