

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

Zakázka: „Harmonické skalpely pro Oblastní nemocnici Náchod“

Identifikační údaje zadavatele

podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019.

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

JUDr. Jana Mitrović, tel.: +420 495 817 453, e-mail: jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
Sídlo **Purkyňova 446, 547 01 Náchod**
IČO 260 00 202
DIČ CZ699004900
Jednající RNDr. Bc. Jan Mach, člen představenstva

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí v příloze 1a zadávací dokumentace výčet požadovaných technických parametrů, přičemž zde uvádí mimo jiné požadavek: „UZ případně EM nástroje“.

Uchazeči není bezvýhradně jasné, co je myšleno zkratkou EM.

Může zadavatel upřesnit, co má na mysli pod zkratkou EM nástroje.

Odpověď č. 1:

EM zkratkou je myšlen princip založený na elektromagnetickém/feromagnetickém principu, který umožňuje koagulaci a přerušování tkáně až do min. 7 mm s minimálním termickým poškozením bez mechanického nože.

Dotaz č. 2:

Zadavatel uvádí v příloze 1a zadávací dokumentace požadavek na frekvenci ultrazvukových nástrojů cca 47kHz. Uchazeč disponuje nástroji pracující při frekvenci 47 – 55kHz, přičemž tato frekvence snižuje termální poškození tkáně a tím zajišťuje rychlejší hojení.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na nástroje pracující při frekvenci 47 – 55kHz, při zachování požadovaného medicinského účelu?

Odpověď č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízený parametr.

Dotaz č. 3:

Zadavatel uvádí v příloze 1a zadávací dokumentace požadavek podporu resterilizovatelných nástrojů.

Uchazeč disponuje jednorázovými nástroji s integrovaným kabelem, ke kterým již není zapotřebí resterilizovatelný převodník.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na jednorázové nástroje s integrovaným kabelem, při zachování požadovaného medicinského účelu?

Odpověď č. 3:

Ano, zadavatel bude zadavatel akceptovat nabídku na jednorázové nástroje s integrovaným kabelem, při zachování požadovaného medicinského účelu.

Dotaz č. 4:

Zadavatel vyžaduje k prokázání technické kvalifikace předložení seznamu významných dodávek poskytnutých nejdéle za poslední tři (3) roky před zahájením zadávacího řízení.

Uchazeč o VZ NIMOTECH, s.r.o. působí na trhu se zdravotnickými přístroji již více jak 30 roků, ale požadovaný předmětný přístroj - harmonický skalpel, má ve své nabídce, jako zcela novou technologii, a to od prosince 2020.

Bude zadavatel akceptovat nedoložení žádné realizované zakázky přístroje, který splňuje požadavky vypsané v zadávacích podmínkách, neboť se u uchazeče o VZ jedná o zcela nový produkt, a žádná dodávka tak dosud nebyla jím realizována?

Odpověď č. 4:

Zadavatel trvá na stanovené technické kvalifikaci, právě z toho důvodu, že se jedná o specifickou technologii, požaduje zkušenost dodavatele s jejím dodáním. Tím není dotčeno ustanovení bodu 7.4 Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje dodání přístroje s rozsahem pracovní frekvence 36 - 47 kHz.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat přístroj s pracovní frekvencí 55,6 kHz?

Odpověď č. 5:

Ano, zadavatel bude akceptovat přístroj s pracovní frakvencí 55,6 kHz.

Příloha:

p01a - Skalpely - Technická specifikace _rev02

p04 - Skalpely - Tab plnění požadavků _rev02

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Nová lhůta pro podání nabídek končí 18. 2. 2021 v 9:00 hodin.

V Hradci Králové 13. 1. 2021

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření