



VYSVĚTLENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK č. 2

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Elektrokoagulační jednotka s argon koagulací II.“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, členem správní rady

V zadávacím řízení zastoupen: **J&T advokátní kancelář s.r.o.**
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba: **Bc. Michaela Kapustová**, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 12.1.2021 dotaz účastníka k objasnění výzvy k podání nabídek.

Dotaz č. 1:

„V technických požadavcích u argonové jednotky je požadavek:

Minimálně 4 základní Argon-plasma koagulační módy s nastavitelnými efekty:

- nepřerušovaný proud plasmy,
- průběžně přizpůsobující se proud plasmy

Požadavek na 4 módy, ale v popisu jsou jen dva. Náš přístroj má v ARGONovém modulu také dva módy: standardní / nepřerušovaná koagulace plasmy a pulzní koagulace plasmy. Bude zadavatel akceptovat tyto dva módy Argonové plasmy?“

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu upravuje dotazovaný parametr:

Minimálně 2 základní Argon-plasma koagulační módy s nastavitelnými efekty:

- standardní argonová koagulace,
- pulzní argonová koagulace.

Dále zadavatel na základě vlastních zjištění opravuje chybu v popisu systému: Elektrochirurgický koagulační přístroj s argon-plasma jednotkou určený pro výkony v endoskopii – polypektomie, **papilotomie**, mukosektomie, APC.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

S ohledem na výše uvedené změny zadavatel uveřejňuje aktualizovanou přílohu č. 2_Technická specifikace_REVIZE a zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, tzn. že lhůta pro podání nabídek končí dne 26.1.2021 do 10:00 hod.

**V Praze dne 14.1.2021
J&T advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník**