



VYSVĚTLENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK č. 3

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Elektrokoagulační jednotka s argon koagulací II.“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ:	26000202
DIČ:	CZ26000202
zastoupený:	RNDr. Bc. Janem Machem, členem správní rady
V zadávacím řízení zastoupen:	J&T advokátní kancelář s.r.o. IČ 04996305 Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město, JUDr. Jan Salmon , advokát a společník Tel: + 420 774 720 720 e-mail: office@jtak.cz
Kontaktní osoba:	Bc. Michaela Kapustová , vedoucí odboru investic, nákupu a grantových projektů tel. + 420 727 986 414 e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 12.1.2021 dotaz účastníka k objasnění výzvy k podání nabídek.

Dotaz č. 1:

„Jelikož jsou pro všechny běžné používané výkony v gastroenterologii standardně používány výkony pro monopolární elektrochirurgii do 120W, bude zadavatel akceptovat nabídku s max. výkonem elektrochirurgického generátoru pro monopolární režim do max. 120W?“

Odpověď:

Zadavatel akceptuje výkon elektrochirurgického generátoru pro monopolární režim 120W a na základě dotazu upravuje dotazovaný parametr:

Maximální výstupní VF výkon pro monopolární a bipolární režim min. 120 W.

S ohledem na výše uvedené změny zadavatel uveřejňuje aktualizovanou přílohu č. 2_Technická specifikace_REVIZE a zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, tzn. že lhůta pro podání nabídek končí dne 26.1.2021 do 10:00 hod.

V Praze dne 14.1.2021

J&T advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník