

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 3 (Dodatečná informace č. 3)

Zakázka: „Zařízení pro rigidní endoskopii pro Oblastní nemocnici Náchod“

Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček., hejtman kraje
Ve věcech technických	Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz
Ve věcech veřejné zakázky	JUDr. Ivona Marčíšin, tel.: +420 495 817 479, e-mail: ivmarcisin@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona následující vysvětlení zadávacích podmínek:

DOTAZ Č. 1

Zadavatel v technické specifikaci položky 9 – nefroskop požaduje: Úhel pohledu cca 12°

Uchazeč disponuje universálním nefroskopem s úhlem pohledu 6°. Tento úhel pohledu se v praxi u nefroskopů standartně využívá a plně vyhovuje požadovanému medicínskému účelu použití. Uchazeč se tedy ptá, bude-li zadavatel akceptovat nefroskop s úhlem pohledu 6°?

ODPOVĚĎ Č. 1

Zadavatel požadoval cca, tzn. přibližně, úhel pohledu 12° bez uvedení tolerančního rozsahu. Zadavatel bude akceptovat i úhel 6°, který nijak nemění medicínský účel a není v přímém rozporu s požadavky zadavatele.

DOTAZ Č. 2

Zadavatel v technické specifikaci položky 6 – kolposkop s konvertgentní optickou dráhou, uvedenými technickými požadavky popisuje kolposkop značky LEISEGANG včetně softwaru a hardwareu téhož výrobce, jehož exkluzivní zastoupení pro distribuci a servis pro Českou Republiku má společnost Hospimed.

Tento požadavek zadavatele je tudíž definován pouze na jediného dodavatele a to firmu Hospimed a omezuje tak možnost účasti ve veřejné soutěži pouze na jediného dodavatele. Námi nabízený kolposkop s těmito základními technickými parametry:

- Binokulární optický systém pro zobrazení v HD kvalitě
- Zoomovací hlava kolposkopu s okuláry 45°
- Možnost změny ohniskové vzdálenosti výměnou odpovídající čočky ($f = 200, 250, 300, 400 \text{ mm}$).
- Základní sestava zahrnuje čočku $f = 250 \text{ mm}$ s možností jemného doostření
- Průměr osvětleného pole 90 mm (pro $f = 250 \text{ mm}$)
- Min. 5-krokové zvětšení v rozsahu 4x, 6x, 10x, 16x, 25x
- Okuláry s možností dioptrické korekce obrazu ± 5 dioptrií
- Interpupilární vzdálenost 55 – 80 mm

- Integrovaná CMOS FULL HD kamera do děliče paprsků (beamsplitteru) s HDMI výstupem.
- Rozlišení integrované kamery 1920x1080p
- Zelený filtr
- Výkonný LED světelný zdroj min. 80 W s regulací intenzity osvětlení a revolverovým adaptérem pro připojení jakéhokoliv světlovodného kabelu
- Pantografické rameno s možností vyvážení a nastavení tuhosti pohybu jednotlivých mechanických částí kolposkopu
- Životnost světelného zdroje min. 50 000 hodin
- Mobilní, ale stabilní základna kolposkopu
- Součástí základny bude integrovaný stojan pro monitor
- 4 bržděná antistatická kolečka

Softwarem:

- Záznam videí a snímků v nativním rozlišení, možnost tvorba snímků dodatečně i při přehrávání z archivu
- Živý náhled
- Možnost spuštění nahrávání a vyfocení pomocí pedálu, dálkovým ovládáním nebo přes rozhraní programu
- Přidávání poznámek a komentářů ke konkrétním záznamům i celým vyšetřením
- Integrovaná nomenklatura IF CPC
- Možnost exportu a importu záznamů s grafickými markery a textovými popisky
- Fulltextové vyhledávání v rámci všech parametrů, diagnóz, nálezů a poznámek v centrální strukturované databázi s možností porovnávání až 9 záznamů (videí nebo fotek)
- Vkládání patientských dat manuálně nebo pomocí worklistu propojením DICOM do NIS
- Export patientských záznamů, včetně patientských dat nebo anonymizovaně
- Možnost přímého tisku
- Tvorba PDF reportů s uživatelsky definovatelným layoutem (vybrané snímky a info o pacientovi)
- Strukturovaná centrální databáze s automatickým zálohováním a okamžitou synchronizací
- Možnost online sdílení nálezů a obrazu pro online konzultaci, online konzilia
- Export záznamů do PACS
- Propojení do NIS pro bezproblémovou integraci worklistů (žádanek vyšetření)

All in One PC:

- Medical grade zařízení
- Splňující 2006/95/EC, 93/42/EEC
- Kovové tělo
- Skleněný dotykový panel s podsvícenými tlačítky
- Procesor i5, 7 gen
- 4 Gb Ram

- 4x USB 3.0, HDMI, DP
- Úhlopříčka 21,5"
- Výměnný SSD Tray pro snadnou zálohu dat a výměnu disku
- Min. 120 Gb SSD disk
- Wifi modul a RJ45 síťový konektor pro připojení kabelem
- Medicínský atest celého zařízení

Bude zadavatel akceptovat výše specifikovaný kolposkop se softwaearem a All in one PC a umožní tak účast dalšímu dodavateli?

ODPOVĚĎ Č. 2

Účastníkem uvedená technická specifikace neobsahuje veškeré parametry, které zadavatel požadoval v technické specifikaci. Některé uváděné parametry jsou uvedeny v jiných jednotkách bez možnosti přepočtu (např. výkon světelného zdroje v originálním požadavku uvedený v luxech a v dotazu účastníka ve wattech). Zadavatel nemá možnost z uvedeného dotazu posoudit, zda nabízený přístroj vyhovuje požadavkům zadavatele a splňuje medicínský účel požadovaný zadavatelem. Pokud by zadavatel na dotaz účastníka přistoupil, způsobil by situaci, kdy by pro stejný předmět existovaly dvě rozdílné technické specifikace s výše popsányými rozpory v technických parametrech. Tím by vznikla matoucí situace vůči potencionálním účastníkům a v krajním případě by byl zadavatel nucen přistoupit ke zrušení veřejné zakázky.

Zadavatel nebude akceptovat nabídku účastníka v případě, že nabízený přístroj nesplní původní zadání zadavatele. Účastník má možnost zaslat dotaz(y) na jednotlivé technické parametry, které jeho řešení nesplňuje, případně ve kterých shledal diskriminaci či rozpor se současným stavem trhu, dle metodiky známé zadavateli.

DOTAZ Č. 3

Zadavatel v technické specifikaci položky 8 - video-rektoskop, uvedenými technickými požadavky popisuje rektoskop s ENDOCAM FLEX HD Controll set (kamerová jednotka, kamerová hlava, led zdroj světla, uchycení za monitor a monitor) výrobce Richard Wolf, který je zastoupen firmou Hospimed a omezuje tak možnost účasti ve veřejné soutěži pouze na jediného dodavatele.

Uchazeč disponuje rektoskopem s možností připojení kamerové hlavy s technickými parametry:

- Průměr 20mm
- Délka 25cm
- Speciální hlava se světlovodným výstupem a konektorem pro kamerovou hlavu
- Přímý pracovní kanál pro 10mm instrumenty s redukcí pro 5mm instrumenty
- Kovový obturátor
- Vše plně autoklárovatelné

All in one zobrazovací jednotkou včetně kamerové hlavy a záznamu s technickými parametry:

- CMOS Full HD kamerová hlava s fixní ohniskovou vzdáleností F=18 a C-mount adaptérem
- Integrovaný LED zdroj světla s plynulou regulací, průměrnou životností 30000hod a světelným tokem 14000 lum
- Dotykový displej 18,5"
- Jednotka s FullHD rozlišením s možností připojení kamerové hlavy i flexibilních endoskopů s čipovou technologií na distálním konci
- Výstupy DVI-D a USB
- Možnost zadávání patientských dat, pořizování záznamů foto a video ve FullHD rozlišení na interní disk s kapacitou 50GB a s možností exportu na externí paměťové zařízení o kapacitě 1TB.

Tato sestava plně vyhovuje předpokládanému medicínskému účelu použití a nabízí obdobné technické řešení plně odpovídající technickým požadavkům na videorektoskop.

Bude zadavatel akceptovat výše popsání obdobné technické řešení jiného výrobce než Richard Wolf zastoupeného firmou Hospimed?

ODPOVĚĎ Č. 3

Účastníkem uvedená technická specifikace neobsahuje veškeré parametry, které zadavatel požadoval v technické specifikaci. Zadavatel nemá možnost z uvedeného dotazu posoudit, zda nabízený přístroj vyhovuje požadavkům zadavatele a splňuje medicínský účel požadovaný zadavatelem. Účastník například uvádí fixní ohniskovou vzdálenost kamerové hlavy, neuvádí však, pro jaké ohnisko je optimalizovaný rektoskop a zdali umožňuje zobrazení přes celou obrazovku bez nutnosti digitálního zvětšení. Pokud by zadavatel na dotaz účastníka přistoupil, způsobil by situaci, kdy by pro stejný předmět existovaly dvě rozdílné technické specifikace s výše popsány rozpor v technických parametrech. Tím by vznikla matoucí situace vůči potencionálním účastníkům a v krajním případě by byl zadavatel nucen ke zrušení veřejné zakázky.

Zadavatel nebude akceptovat nabídku účastníka v případě, že nabízený přístroj nesplní původní zadání zadavatele. Účastník má možnost zaslat dotaz(y) na jednotlivé technické parametry, které jeho řešení nesplňuje, případně ve kterých shledal diskriminaci či rozpor se současným stavem trhu, dle metodiky známé zadavateli.

-
- Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 99 odst. 2 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 2. 2021 v 10:00 hodin.**

V Hradci Králové dne 22. 1. 2021

na základě pověření