

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Zakázka: Skiaskopické přístroje s C-rameny pro Oblastní nemocnici Náchod

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ70889546

Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

Mgr. Jitka Bučková, tel.: +420 495 817 512, e-mail: jbuckova@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČO 260 00 202

DIČ CZ699004900

Jednající RNDr. Bc. Jan Mach, člen správní rady

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail:
kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci „Příloha č.4: Tabulka plnění minimálních požadavků“ zadavatel požaduje:

Pol.č.1, Ozn.T-0130 malý, lehký skiaskopický přístroj s C ramenem a min. 9“ receptorem obrazu

Zadavatel požaduje bitovou hloubku min. 16 bit. Požadovaná hodnota je typická pro flat panel detektory, u kterých zobrazovací řetězec umí efektivně využít akviziční data pro další zpracování. Typickou hodnotou pro zesilovače obrazu je 12 bit, která je pro daný typ přístroje dostačující. Námi nabízený systém disponuje bitovou hloubkou 14 bit.

Dotaz č. 1

Akceptuje zadavatel přístroj s bitovou hloubkou šedi 14 bit?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat bitovou hloubku 14 bit.

Dotaz č. 2:

Pol.č.2, Ozn.T-0131a skiaskopický přístroj s C ramenem s plochým detektorem pro ortopedii

Zadavatel požaduje vysokofrekvenční generátor mikroprocesorem řízený s frekvencí min. 40 kHz, námi nabízený přístroj pracuje s generátorem na frekvenci 30 kHz. Jedná se o konstrukční vlastnost generátoru, která dle našeho názoru neovlivňuje medicínský účel a záměr zadavatele, ani nijak nesníží diagnostické využití přístroje a kvalitu obrazu.

Dotaz č. 2

Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného skiaskopického C ramene s vysokofrekvenčním generátorem řízeným mikroprocesorem a frekvencí invertorů 30 kHz?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na vysokofrekvenčním generátoru řízený mikroprocesorem s frekvencí min. 40 kHz.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje plochý detektor-typ CMOS pro zachování plynulosti obrazu s velikostí pixelu max. 138 um a rozlišením min 1536 x 1496 pixelů. Pro dosažení maximální kvality obrazu je nutné brát v úvahu, že velikost pixelu není jediný rozhodující faktor. U detektorů s lepším rozlišením dochází k horšímu poměru signál šum z konstrukčních důvodů. Námi nabízený systém disponuje velikostí pixelu 152 um, kdy dosahuje optimálního poměru signál šum a tím dosahuje velmi vysoké kvality obrazu.

Dotaz č. 3

Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného skiaskopického C ramene, splňující medicínský účel a diagnostické využití s kvalitním plochým detektorem s technologií CMOS o velikosti pixelu 152 um a rozlišení 1360x1360 pixelů?

Odpověď na dotaz č. 3:

Ano, zadavatel bude akceptovat plochý detektor s technologií CMOS o velikosti pixelu 152 um a rozlišení 1360x1360 pixelů.

Dotaz č. 4:

V zadávací dokumentaci „Příloha č.4: Tabulka plnění minimálních požadavků“ zadavatel požaduje:

Pol.č.3, Ozn.T-0131b skiaskopický přístroj s C ramenem, vysokým výkonem generátoru a min. 26x26 cm flat panelem s vysokým rozlišením pro urologii, kde je požadavek na výkon vysokofrekvenčního generátoru minimálně 15 KW. Náš přístroj jinak plně splňující ostatní požadavky disponuje výkonem 12 KW.

Dotaz č. 4

Akceptuje zadavatel nabídku moderního, vysoce výkonného skiaskopického C ramene, splňující medicínský účel a diagnostické využití s výkonem generátoru 12 kW?

Přístroj plně splňuje medicínský účel zadavatele a tento rozdíl nijak nesníží diagnostické využití přístroje.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel trvá na trvalém výkonu vysokofrekvenčního generátoru minimálně 15 KW.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje. Nová lhůta pro podání nabídek je 22. 2. 2021 v 9:00 hodin.

Přílohy:

- p01a - RTG C-ramena - Technická specifikace _rev01
- p04 - RTG C-ramena - Tab plnění požadavků _rev01

V Hradci Králové 28. 1. 2021

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření