

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

Zakázka: Skiaskopické přístroje s C-rameny pro Oblastní nemocnici Náchod

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ70889546

Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

Mgr. Jitka Bučková, tel.: +420 495 817 512, e-mail: jbuckova@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČO 260 00 202

DIČ CZ699004900

Jednající RNDr. Bc. Jan Mach, člen správní rady

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail:
kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Zadavatel u položky č.1 požaduje vyšetřovací protokoly s možností manuálního nastavení. Nabízíme řešení, které spočívá v automatické volbě optimálních parametrů dle snímaného druhu tkáně. Systém tedy zcela sám a bez dodatečného zásahu uživatele nastaví optimální parametry snímání. Systém umí rozpoznávat i více typů snímané tkáně najednou a oproti konkrétním protokolům tak dokáže podat lepší obrazovou kvalitu výsledného snímku s výraznou časovou úsporou. Jedná se o technologicky pokročilejší řešení, než je požadováno. Manuální nastavení parametrů je stále možné. V rámci předběžné tržní konzultace byla tato funkce nabízena a oddělením byla hodnocena pozitivně jako usnadňující vlastnost uživateli. Bude zadavatel akceptovat technologicky pokročilejší řešení v podobě automatického nastavení funkcí AutoTrak? Toto řešení nepřináší žádné omezení oproti původnímu požadavku.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel nespecifikoval, jakým způsobem bude zvolen vyšetřovací protokol, pouze požadoval možnost jeho manuální úpravy. Z dotazu uchazeče plyne, že manuální úprava nastavení systému je možná a dle názoru zadavatele tedy takto popsaná funkce systému splňuje požadavek v zadávacích podmínkách.

Dotaz č. 2:

Zadavatel u položky č.2 žádá režimy skiaskopie s možností volby anatomických režimů. Jedná se o obdobu požadované funkce viz. dotaz č.1. Bude zadavatel i u této položky akceptovat místo popisované funkce, technologicky pokročilejší funkci automatického nastavení snímkovacích parametrů AutoTrak?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, dle odpovědi na dotaz č. 1 bude zadavatel akceptovat i automatické nastavení snímkovaných parametrů.

Dotaz č. 3:

Zadavatel u položky č. 1 požaduje dvojici 19“ monitorů nebo jeden 24“ monitor. Tyto hodnoty nejsou uvedeny jako minimální, jako v případě položky č.3. Bude zadavatel akceptovat i monitor o velikosti 27“? Jedná se o technologicky lepší, než požadované řešení.

Odpověď na dotaz č. 3:

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení. Uvedené velikosti monitorů jsou minimální technický parametr.

Dotaz č. 4:

Zadavatel u jediné položky č. 3 požaduje „asymetrické nastavení clon“. Nabízíme dva typy clon a to se symetrickým a irisovým nastavením. Z klinické praxe je známo, že právě tyto druhy clon se symetrickým a irisovým cloněním, jsou nejpoužívanější a nejoblíbenější právě pro urologická vyšetření. Kombinace těchto dvou typů clon dokáže vykryt shodnou plochu jako asymetrické clony. Toto řešení nepřináší žádné klinické či uživatelské omezení. Clonění je v obou technických případech umožněno a jedná se pouze o jiné, obdobné technické řešení. Bude zadavatel akceptovat nabízené řešení v podobě kombinace symetrické a irisové clony?

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel trvá na asymetrickém nastavení paralelních clon. Tato funkce umožňuje širší možnosti vymezení pole záření a umístění anatomických struktur vůči centru svazku záření bez nutnosti případné manipulace s C ramenem. Touto funkcí disponuje naprostá většina renomovaných výrobců C ramen.

Dotaz č. 5:

Zadavatel ve smlouvě o poskytování servisních služeb uvádí v článku 7, bodu 1 toto:

„V ceně servisních činností jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele spojené s jejich provedením, poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení včetně ceny potřebných náhradních dílů/servisních kitů nutných k provedení BTK dle pokynů výrobce), pokud nejsou z provádění servisu dle této smlouvy výslovně vyjmuty.“ a dále v článku 7, bodu 2 toto: Cena za provedení servisních činností je stanovena dohodou smluvních stran na základě přijetí nabídky poskytovatele. Ceny jednotlivých úkonů, které jsou součástí servisních činností, jsou uvedeny v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Nabídková cena náhradních dílů bude vždy předmětem jednání. Z výše uvedeného není jednoznačně jasné, co uvést do krycího listu jako cenu A a co jako cenu B. Domníváme se správně, že za cenu A má uchazeč doplnit cenu přístrojů vč. 24měsíční záruky a za cenu B má uchazeč doplnit cenu servisního krytí za 5 let, které dle návrhu servisní smlouvy zahrnuje všechny práce, cestovné, průběžné údržby, ZDS a elektro revize vč. dílů pro to potřebných, vyjma náhradních dílů jako jsou vakuové prvky a detektory?

Odpověď na dotaz č. 5:

V zadávacích podmínkách v čl. 13 písm. a. Zpracování nabídky odst. 7 Nabídková cena je stanoveno: „*Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy do místa plnění a dalších vedlejších nákladů v celkovém členění bez DPH a s DPH. Nabídková cena bude zpracována ve struktuře dle přílohy č. 5 – Nabídková cena*“.

Zadavatel upřesňuje znění čl. 2 odst. 3 a odst. 4 ve smlouvě o poskytování servisních služeb takto:

(3) *Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele za sjednanou odměnu provádět na náklad poskytovatele pro objednatele pozáruční servisní služby k vybavení, jehož bližší specifikace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce a nabídkou poskytovatele podanou do zadávacího řízení. Pozáručním servisem se rozumí provádění činností pro jednotlivá zařízení dle přílohy č. 1, přičemž obsah těchto činností se vykládá dle hlavy IX. zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen „ZZP“) a v otázkách neupravených hlavou IX. ZZP rovněž dle dokumentace výrobce k zařízení. Servisní úkony neupravené v ZZP se vykládají dle této smlouvy a dle dokumentace výrobce k zařízení.*

(4) *Účelem této smlouvy je zajištění neustálé provozuschopnosti vybavení a splnění požadavků právních předpisů na provoz tohoto vybavení u objednatele způsobem splňujícím medicínské a technické požadavky stanovené výrobcem a právními předpisy, korespondující s návodem k obsluze vybavení, jeho technickou specifikací a pokyny výrobce, spočívající zejména v následujících úkonech (dále jen „**pozáruční servis**“)*

- *provádění pravidelných **bezpečnostně technických kontrol a revizí** dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZP“), tj. veškeré úkony v souladu s doporučením výrobce, včetně bezpečnostně technické kontroly (dále jen „BTK“), výměny dílů s pravidelnou periodou předepsaných na výměnu při BTK, kontroly elektrické bezpečnosti, garance termínů pro včasné provádění úkonů povinných ze zákona, veškeré mzdové a cestovní náklady servisního technika/techniků, vystavení povinných protokolů a dokumentace,*
- ***pověření a proškolení** obsluhujícího personálu ONN k provádění instruktáže/školení nově příchozích zaměstnanců ONN, pokud to výrobce umožní, nebo **poskytování instruktáže** obsluhujícího personálu dle ZZP při nástupu nových pracovníků autorizovanou osobou po celou dobu životnosti vybavení,*
- ***dodávky veškerých nových, nepoužitých náhradních dílů při opravách vybavení** po dobu, kdy je poskytován servis dle této smlouvy,*
- ***garance servisní odezvy,***
- ***příp. nutné aktualizace systémového SW u vybavení po dobu jeho životnosti.***

Zadavatel dále upřesňuje znění čl. 7 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 ve smlouvě o poskytování servisních služeb takto:

(1) *Ceny za servisní služby jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.*

(2) *V ceně za provedení bezpečnostně technické kontroly jsou zahrnuty veškeré úkony v souladu s doporučením výrobce, včetně výměny dílů/servisních kitů s pravidelnou periodou předepsaných na výměnu při BTK, kontroly elektrické bezpečnosti, veškeré mzdové náklady a cestovní náklady servisního technika/techniků, vystavení povinných protokolů a dokumentace, pokud nejsou z provádění servisu dle této smlouvy výslovně vyjmuty.*

- (3) *Cena za provedení servisních činností/odborných oprav je stanovena dohodou smluvních stran na základě přijetí nabídky poskytovatele. Ceny jednotlivých úkonů, které jsou součástí servisních činností, jsou uvedeny v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Nabídková cena náhradních dílů bude vždy předmětem jednání.*

V ceně servisních činností/odborných oprav nejsou zahrnuty náhradní díly zdravotnické techniky, vyjma dílů, které se povinně periodicky mění v rámci BTK.

Upřesněna je také příloha č. 2 smlouvy: Jednotkové ceny pozáručního servisu v položkovém členění

Upravená smlouva o poskytování servisních služeb je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 6:

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí, že bude hodnotit výhodnost účastníkem nabízené hodnoty jednotlivých technických parametrů ve vztahu k minimálním požadovaným hodnotám.

2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit výhodnost účastníkem nabízené hodnoty jednotlivých technických parametrů ve vztahu k minimálním požadovaným hodnotám.

Hodnoceny budou pouze ty nabídky, které technické podmínky splní.

Stanovení bodové hodnoty bude provedeno podle vzorců:

u parametrů, jejichž hodnota má být vyšší než minimálně požadovaná:

$$\frac{\text{hodnocený údaj}}{\text{nejvyšší nabídnutý údaj}} \times 100 \times \text{váha subkritéria}$$

u parametrů, jejichž hodnota má být nižší než minimálně požadovaná:

$$\frac{\text{nejnižší nabídnutý údaj}}{\text{hodnocený údaj}} \times 100 \times \text{váha subkritéria}$$

Toto hodnocení je v rozporu s přílohou č. 4 – „p04 - RTG C-ramena – Tab. plnění požadavků“, kde je bodové hodnocení technických parametrů na základě splnění požadavku ANO/NE, nebo na základě umístění konkrétní hodnoty v určitém intervalu. Může zadavatel jednoznačně určit způsob hodnocení technických parametrů?

Odpověď na dotaz č. 6:

Hodnoty v „Tabulce plnění minimálních požadavků“ uvedené zadavatelem jako minimálně požadované, jsou minimem pro splnění předmětu veřejné zakázky dle zadávacích podmínek. Dodavatel ve sloupci „Splnění požadavek?“ vyplní ANO/NE. Toto není předmětem hodnocení v rámci hodnotících kritérií.

V rámci 2. hodnotícího kritéria budou hodnoceny body získané v rámci hodnocených (zvýhodňujících) parametrů jednotlivých nabídek. Dodavatel do sloupce „Upřesnění splnění požadavku“ v „Tabulce plnění minimálních požadavků“ uvede nabízený technický parametr na základě určených rozmezí.

Hodnocená nabídka získá v rámci tohoto kritéria bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru počtu získaných bodů v rámci hodnocených (zvýhodňujících) parametrů hodnocené nabídky k nejvyššímu počtu dosažených bodů v rámci hodnocených (zvýhodňujících) parametrů. Výsledná bodová hodnota bude následně přepočtena váhou tohoto kritéria (váha 20 %).

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje. Nová lhůta pro podání nabídek je 5. 3. 2021 v 9:00 hodin.

Přílohy:

- p03_smlouva_o_poskytovani_servisnich_sluzeb_rev01

V Hradci Králové 3. 2. 2021

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření