

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Zakázka: Kardiokardiografie / fetální monitory pro Oblastní nemocnici Náchod

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ70889546

Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

Mgr. Jitka Bučková, tel.: +420 495 817 512, e-mail: jbuckova@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČO 260 00 202

DIČ CZ699004900

Jednající RNDr. Bc. Jan Mach, člen správní rady

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail:
kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

V zadávacích podmínkách - tabulce plnění minimálních požadavků zadavatel požaduje:

Položka: T1511a, T1511b

dodávku přístroje včetně návodů k obsluze v českém jazyce.

U této kategorie přístrojů bývá standardem také uživatelské prostředí (SW) v českém jazyce, což eliminuje možné chyby a nedorozumění při obsluze přístrojů. Požaduje zadavatel uživatelské prostředí (sw) v českém jazyce?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel nepožaduje uživatelské prostředí v českém jazyce.

Dotaz č. 2:**Položka: T1511a, T1511b**

Inteligentní měření krevního tlaku. Tato funkce zabraňuje automatickému měření krevního tlaku během kontrakce, kdy kontrakce ovlivňuje hodnotu NiBP matky.

Dle našich zkušeností je většina měření NiBP matky na porodnicích pořizována v režimu manuálního měření, které aktivuje ošetřovatelský personál i ve vztahu k probíhajícím kontrakcím. Pokud bude v automatickém nebo manuálním režimu změřena hodnota NiBP matky při kontrakci, je tato hodnota z medicínského účelu přínosná, jelikož poskytuje hodnotu NiBP při zátěži a v zápisu kardiotokogramu je uvedena spolu s informací o probíhajících kontrakcích.

Bude akceptovat zadavatel CTG se standardním automatickým měřením krevního tlaku?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano zadavatel akceptuje toto řešení.

Dotaz č. 3:

Položka: T1511a, T1511b

Možnost připojit stimulátor na „buzení plodu“.

Umožní zadavatel nabídnout CTG i bez možnosti připojit stimulátor na "buzení plodu" s ohledem na skutečnost, že tento stimulátor nepožaduje dodat?

Odpověď na dotaz č. 3:

Ano, zadavatel umožní nabídnout CTG i bez možnosti připojit stimulátor na "buzení plodu".

Dotaz č. 4:

Položka: T1511b

Dodávka zahrnuje: ..., 1x propojovací kabel mezi telemetrickou jednotkou a CTG přístrojem, Podle požadavku na propojení CTG a telemetrické jednotky jedním kabelem předpokládáme, že telemetrická jednotka je zároveň tímto CTG také napájena. Je náš závěr správný?

Odpověď na dotaz č. 4:

Napájení může být provedeno pomocí tohoto kabelu nebo samostatným kabelem.

Dotaz č. 5:

Položka: T1511b - Telemetrická jednotka

Monitorování jak ve sprše, tak ve vaně do 1 m vodního sloupce.

Telemetrické monitorování matky a plodu pomocí adhezivní nalepovací elektrody, jak je popsáno v návodech k obsluze u našeho i ostatních produktů na trhu, je umožněno ve sprše, ale dosah rádiové signálu může být menší. Umístit snímací jednotku (Pod) ve vaně zcela pod vodu až na 1 m je přípustné, ale přenos signálu nebude fungovat. Pokud zadavatel chce monitorovat ve vaně se zcela ponořenými sondami (až do 1 m hloubky), musí použít k tomu určené telemetrické sondy US a TOCO s potřebnou certifikací voděodolnosti (IP68).

Telemetrická sonda (Pod) v kombinaci s adhezivní nalepovací elektrodou není určena pro monitorování pod vodou např. ve vaně.

Umožní zadavatel splnění požadavku dodávkou bezdrátových telemetrických sond určených pro monitorování pod vodou (2x US sonda + 1x TOCO sonda)?

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel nepožaduje monitoring pod vodou, zadavatel požaduje pouze certifikaci sondy na odolnost do 1 m vodního sloupce.

Dotaz č. 6:

Položka: T1511b - Telemetrická jednotka

Doba nabíjení telemetrického snímače (sondy) max. 2 hod.

Náš telemetrický snímač umožňuje monitorovat po dobu min. 16 hodin (zadavatelem požadováno min. 7 hod.), má tedy vyšší kapacitu baterie. Akceptuje zadavatel dobu nabíjení snímače max. 3 hodiny?

Odpověď na dotaz č. 6:

Ano, zadavatel akceptuje při monitoraci min. 16 hodin dobu nabíjení max. 3 hodiny.

Dotaz č. 7:

Položka: T1511b - Telemetrická jednotka

Dokovací stanice s barevným dotykovým displejem pro ovládání telemetrické jednotky.

U námi nabízeného systému je barevný dotykový displej součástí CTG a přes něj je ovládáno vše, včetně telemetrických sond v dokovací stanici. Akceptuje zadavatel toto řešení?

Odpověď na dotaz č. 7:

Ano, zadavatel akceptuje toto řešení.

Dotaz č. 8:

Položka: T1511b - Telemetrická jednotka

Barevný indikátor, který zobrazuje kvalitu snímaného signálu ve třech úrovních. (tři zelené, dvě oranžové, jedna červená).

U námi nabízeného systému je kvalita snímaného signálu zobrazena graficky (nikoliv barevně) na hlavní obrazovce ve třech úrovních - dobrý signál, akceptovatelný signál a slabý signál. Akceptuje zadavatel toto řešení?

Odpověď na dotaz č. 8:

Ano, zadavatel akceptuje toto řešení.

Dotaz č. 9:

Položka: T1511b - Telemetrická jednotka

Dosah telemetrického přenosu min. 25 m

CTG telemetrické monitorování pomocí adhezivní nalepovací elektrody se používá u nastávajících matek při porodu s jednočetným těhotenstvím, které dokončily minimálně 36 týden. A i když jej lze použít pro všechny nastávající matky, přínosné je toto řešení zejména u nastávajících matek s vysokým indexem tělesné hmotnosti (BMI), pro něž je toto řešení primárně určeno. Pro tento účel výrobce nabízí telemetrickou sondu (Pod) s delší dobou monitorování na jedno nabití (min. 16 hodin) s dosahem telemetrického přenosu v rámci porodního pokoje 5 m. Pro potřeby bezdrátového monitorování matky a plodu s větším dosahem nabízíme telemetrické sondy (US a TOCO) s dosahem signálu až 100 m a certifikací IP68, které na rozdíl od telemetrického monitorování pomocí adhezivní nalepovací elektrody jsou určeny pro spolehlivé monitorování pod vodou (ve vaně).

Umožní zadavatel nabídnout sondy s dosahem telemetrického přenosu 5 m?

Odpověď na dotaz č. 9:

Ano, zadavatel akceptuje toto řešení.

Dotaz č. 10:

Položka: T1511b - Telemetrická jednotka

Hmotnost sondy max. 40 g

Naše sondy mají větší výdrž a kapacitu baterie a jsou tedy těžší, než je požadováno. Akceptuje zadavatel sondy s hmotností max. 70 g?

Odpověď na dotaz č. 10:

Ano, zadavatel akceptuje toto řešení.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové 9. 2. 2021

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření