

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka	Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Temný Důl – dodávka simulátorů
Spisová značka	CIRI/2021/039
Zadavatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Následující dotazy se týkají simulátoru - Hitec patientský simulátor ALS s příslušenstvím dospělé ženy

Dotaz č. 1

V části "breathing" je požadavek na ovládání hloubky dýchání. Umožní zadavatel nabídnout patientský simulátor bez možnosti ovládání hloubky dýchání?

Odpověď na dotaz

Ano, zadavatel umožní dodání simulátoru bez možnosti ovládání hloubky dýchání. Z tohoto důvodu dochází ke změně technické specifikace dle přílohy č. 3 výzvy k podání nabídek. Změněný požadavek je ve specifikaci označen modrou barvou.

Dotaz č. 2

V části "breathing" je požadavek na zadní auskultační místa. Umožní zadavatel nabídnout simulátor, který nedisponuje auskultačními místy v zadní části?

Odpověď na dotaz

Ano, zadavatel umožní dodání simulátoru, který nedisponuje auskultačními místy v zadní části. Z tohoto důvodu dochází ke změně technické specifikace dle přílohy č. 3 výzvy k podání nabídek. Změněný požadavek je ve specifikaci označen modrou barvou.

Dotaz č. 3

V části "disability" je požadavek na ovládání očí - Oči jsou ovládány automaticky fyziologickým modelem nebo přímo instruktorem. Umožní zadavatel nabídnout simulátor, u nějž jsou oči měněny přímo instruktorem?

Odpověď na dotaz

Ano, z technické specifikace ve stávající podobě vyplývá možnost realizace jednou z uvedených možností.

Dotaz č. 4

V části "exposure" je požadavek na novorozence se SW řízenou srdeční frekvencí. Umožní zadavatel nabídnout simulátor se SW řízenou srdeční frekvencí plodu umožňující simulaci standardních vyšetření rodičky před porodem?

Odpověď na dotaz

Ano, zadavatel umožní dodání simulátoru, se SW řízenou srdeční frekvencí plodu. V původní specifikaci bylo nesprávně uveden požadavek na funkcionalitu u novorozence. Z tohoto důvodu dochází ke změně technické specifikace dle přílohy č. 3 výzvy k podání nabídek. Změněný požadavek je ve specifikaci označen modrou barvou.

Dotaz č. 5

V části "příslušenství potřebné k simulaci akutních stavů – Transportní nosítka" je požadováno transportní nosítka s rozměry ložné plochy 180x60. Umožní zadavatel nabídnout standardní nosítka [v původním dotazu byl uveden konkrétní výrobce] s rozměry 180 x 55 cm?

Odpověď na dotaz

Ano, zadavatel umožní dodání nosítek s rozměry ložné plochy s rozměry minimálně 180 cm (délka) a 55 cm (šířka), a to při splnění všech ostatních parametrů. Z tohoto důvodu dochází ke změně technické specifikace dle přílohy č. 3 výzvy k podání nabídek. Změněný požadavek je ve specifikaci označen modrou barvou.

Dotaz č. 6

V části "Příslušenství potřebné k simulaci akutních stavů – integrace s SW pro simulační medicínu" jsou požadovány bezdrátové kamery. Umožní zadavatel nabídnout přenositelné (mobilní) kamery s vestavěnými mikrofony?

Odpověď na dotaz

Ano, dodavatel může při splnění všech parametrů uvedených v technické specifikaci nabídnout uvedené řešení.

Následující dotazy se týkají simulátoru - Model pro nácvik punkce tenzního pneumotoraxu

Dotaz č. 7

Je požadována Bronchiální selektivní intubace. Umožní zadavatel nabídnout model pro nácvik punkce tenzního pneumotoraxu bez možností bronchiální selektivní intubace?

Odpověď na dotaz

Ano, předmětný požadavek byl v technické specifikaci uveden nesprávně. Z tohoto důvodu dochází ke změně technické specifikace dle přílohy č. 3 výzvy k podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek

V návaznosti na vysvětlení zadávacích podmínek a postupem dle § 98 odst. 4 zákona dochází k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek končí 26. 2. 2021 ve 14:00.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření