

## Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám

**Zakázka:** Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje II  
**Zadavatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
**Způsob zadání:** Otevřené nadlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

---

**Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedeného dotazu a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.**

### **Dotaz č. 1:**

*Dílčí část A: Oblastní nemocnice Jičín – Terapeutický RTG pro ozařovny*

*Vypracování kompletní technologické a stavební a projektové dokumentace a její předložení odpovědným zástupcům ON Jičín ke schválení min. 14 kalendářních dní před začátkem plánované demontáže stávajícího ozařovače.*

Je možné dostat kopie veškeré stávající stavební dokumentace, týkající se ozařovny a eventuálních požadovaných prací v .dwg nebo .dxf formátu?

*Zdůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že projektovou dokumentaci bude zpracovávat odborné pracoviště, bude tyto podklady potřebovat jako základ pro modifikaci stávajícího stavu.*

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:**

Zadavatel k dotazu uvádí, že nemá k dispozici výkresovou dokumentaci místa plnění v elektronické podobě, ani nemá možnost si tuto dokumentaci opatřit zpětně. Uchazeči bude poskytnuta v případě jeho žádosti kopie výkresové dokumentace v tištěné podobě. Zároveň zadavatel upozorňuje na možnost prohlídky místa plnění, která je stanovena na 3. 6. 2014 v 10:00 hod. a během které může uchazeč získat přehled o rozsahu a stavu příslušných prostor a na základě těchto informací následně formulovat požadavky na předložení příslušné dokumentace.

### **Dotaz č. 2:**

*Dílčí část A: Technická specifikace ionizačních komor + SW  
...Kvalitativní Linac Q.A. součástí...*

Dovolujeme si laskavě požádat o prověření, zda se tato položka nedostala do specifikace omylem a zadavatel trvá na jejím dodání, vzhledem ke skutečnosti, že v ON Trutnov není instalován lineární urychlovač.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:**

Zadavatel k dotazu uvádí, že dotazovaná položka se skutečně do technické specifikace dostala omylem a zadavatel na jejím dodání netrvá.

Zároveň dochází adekvátním způsobem ke změně technických požadavků v "Příloze č. 3a) Technická specifikace dodávky pro dílčí část A".

Příloha je k dnešnímu dni uveřejněna na profilu zadavatele na URL odkazu:

[https://zakazky.cenakhk.cz/contract\\_display\\_1176.html](https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_1176.html)




Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**Místo a doba pro podání nabídek:**

Lhůta a místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle Dodatečných informací č. 2 k Zadávací dokumentaci.

V Hradci Králové dne 19. 5. 2014



Ing. Pavel Tichý  
zástupce zadavatele