

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Zakázka: „Diagnosticke a pracovni stanice pro Oblastni nemocnici Náchod“

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ70889546

Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

Mgr. Jitka Bučková, tel.: +420 495 817 512, e-mail: jbuckova@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČO 260 00 202

DIČ CZ699004900

Jednající RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail:
kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.


Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Vzhledem k nejasnostem v zadávací dokumentaci prosíme tímto o upřesnění požadované konstrukce věšáku na RTG zástěry na zeď (včetně výztuh) + požadovaný způsob ukotvení do vestavby operačních sálů.

Odpověď na dotaz č. 1:

Věšák na RTG zástěry je typový výrobek, jehož příklad níže uvádíme. Výztuhy musí být dimenzovány tak, aby je ve stěnách vestavby operačního sálu od výrobce EP Rožnov a.s. tento věšák vč. počtu zástěn unesl.



Dotaz č. 2:

Zároveň, vzhledem k rozdílným pořizovacím cenám, prosíme o upřesnění počtu zástěr a jednotlivých velikostí se stíněním 0,25mm a 0,35mm.

Odpověď na dotaz č. 2

Vzhledem ke skutečnosti, že každý výrobce používá odlišné stříhy zástěr, zadavatel uvede pouze základní parametry, konkrétní velikosti budou upřesněny na základě personalizované zkoušky.

Zástěry

6 ks stínící ekvivalent vpředu 0,50 mm Pb, výška postavy 175 -195 cm, obvod hrudníku nad 100 cm

4 ks stínící ekvivalent vpředu 0,50 mm Pb, výška postavy 155 -175 cm, obvod hrudníku max. 100 cm

6 ks stínící ekvivalent vpředu 0,35 mm Pb, výška postavy 175 -195 cm, obvod hrudníku nad 100 cm

4 ks stínící ekvivalent vpředu 0,35 mm Pb, výška postavy 155 -175 cm, obvod hrudníku max. 100 cm

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje. Nová lhůta pro podání nabídek je 14. 4. 2021 v 9:00 hodin.

V Hradci Králové 18. 3. 2021

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření