

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

veřejné zakázky,

na dodávky zadávané v souladu s ust. § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje

DODÁVKA SANITNÍCH VOZIDEL PRO ZZS KHK 2021 - Část B) Vozidla zvláštního určení, sanitní automobily typu „C“ podle ČSN EN 1789+A2 se skříňovou nástavbou sendvičové konstrukce

Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
se sídlem:	Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové
IČ:	481 45 122
zastoupen:	MUDr. Liborem Senetou, ředitelem

Zadavatel k žádosti dodavatele ze dne 16.3.2021 o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce, vedené na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000160, evidované ve VVZ pod č.: Z2021-008031, podává vysvětlení k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1:

K probíhajícímu výběrovému řízení s evidenčním číslem Z2021-008031 Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KHK 2021 část B máte požadavek na hydraulická nosítka viz popis níže:

1x samonakládací nosítka s podvozkem, minimální nosnost 300 kg, homologace dle ČSN EN 1789 + A2 nebo novější, s plynulým polohováním zádové opěry a možností nastavení nohou do protišokové polohy, sklopné boční opěry pro pacienta, profilovaná matrace s integrovaným dětským zádržným systémem a podhlavníkem, 4 bodovými bezpečnostními pásy, s reflexním polepením bočních profilů, se sklopným držákem na infuze. Pro usnadnění manipulace s pacientem je požadován podvozek s plynulým elektrohydraulickým nastavením výšky podvozku s minimálně 2 bateriemi pro napájení pohonu, nabíjení baterií je zajištěno při zasunutí podvozku do systému pro nakládání a uchycení nosítek ve vozidle zcela automaticky, systém umožňuje rozšíření nosítek pro přepravu nadrozměrných (bariatrických) pacientů (rozšiřovací sadu však zadavatel nepožaduje, tzn., že není součástí dodávky):

Žádám o následující upřesnění:

1. Připouští zadavatel dodání nosítek s hydraulickým pohonem s napájením motoru pomocí jedné baterie, avšak se zvýšenou kapacitou, která zajistí dlouhodobý provoz na jedno nabití?
2. Připouští zadavatel rozšíření ložné plochy nosítek pro pacienta pomocí bočních madel s odjištěním pomocí jedné ruky a integrovanou funkcí rozšiřující sady pro bariatrické pacienty?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel nepřipouští dodání nosítek s hydraulickým pohonem s napájením motoru pouze pomocí jedné integrované baterie, která není schopná garantovat plné zachování provozuschopnosti nosítek při vybití jedné baterie nebo technickém selhání napájení. Zálohování zdroje napájení s možností výměny baterií uživatelem, podobně jako v případě námi používaných defibrilátorů považujeme vzhledem k určení nosítek za významný bezpečnostní prvek snižující předvídatelná rizika.

Zadavatel nepřipouští rozšíření ložné plochy nosítek pro pacienta pouze za pomoci integrovaných bočních madel, která nezajišťují rozšíření ložné plochy nosítek v celé jejich délce (od hlavy až k patě) a neumožňují překrytí rozšířené plochy nosítek speciální patientskou matrací. Transporty bariatrických pacientů jsou zpravidla plánovány dopředu a vyžadují celý komplex přípravných logistických opatření k zajištění maximální bezpečnosti pacienta během transportu, např. asistenci inspektora provozu nebo HZS. Dodatečná montáž rozšiřující sady nosítek včetně prodloužených bezpečnostních pásů není pro naše potřeby limitací.

V Hradci Králové dne 19.3.2021

.....

MUDr. Libor Seneta
ředitel