

# Písemná zpráva zadavatele

vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  
(dále též jen „ZZVZ“),

**o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:**

**Anesteziologické přístroje včetně monitorů pro Oblastní nemocnici Náchod**

**zadávané v otevřeném nadlimitním řízení**

## **1. Identifikační údaje zadavatelů:**

### **Zadavatel č. 1**

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název	<b>Královéhradecký kraj</b>
Sídlo	<b>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</b>
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

a

### **Zadavatel č. 2**

Název	<b>Oblastní nemocnice Náchod a.s.</b>
Sídlo	<b>Purkyňova 446, 547 01 Náchod</b>
IČO	260 00 202
DIČ	CZ699004900
Jednající	RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

## **2. Předmět veřejné zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu **devíti kusů anesteziologických přístrojů včetně monitorů pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN)**. Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem – ONN.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v **Příloze č. 1 zadávací dokumentace** – a) Technická specifikace, b) Počty a umístění, c) Umístění v půdorysech, která je pro plnění předmětu této veřejné zakázky závazná (dále jen „předmět veřejné zakázky“).

Předmět dodávky dle přílohy č. 1 je dále podrobně specifikován přílohou č. 2 zadávacích podmínek – návrh kupní smlouvy. Pozáruční servis je dále podrobně specifikován přílohou č. 3 zadávacích podmínek – návrh smlouvy o poskytování servisních služeb.

### Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je zejména:

- a) doprava do místa plnění, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů;
- b) instruktáž zdravotnického personálu uživatele (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů);
- c) vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, a protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání předmětu veřejné zakázky pro určeného pracovníka uživatele, pokud má dodavatel k takovému oprávnění prokazatelný souhlas výrobce zboží;
- d) dodání předávacího protokolu, záručního a dodacího listu;
- e) poskytování komplexního záručního servisu a oprav včetně dodávky náhradních dílů;
- f) po dobu záruky (minimálně však 1x ročně) požaduje zadavatel **provedení bezpečnostně technických kontrol** dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOZP“), které jsou nezbytné pro provoz tohoto zařízení. Dále provedení veškerých předepsaných či doporučených kontrol a revizí včetně vystavení protokolů (a to jak výrobcem, tak servisní organizací nebo právními předpisy), aby zdravotnický prostředek splňoval podmínky uvedené v ZOZP. Pokud je pro provedení bezpečnostně technických kontrol či jakýchkoliv dalších předepsaných testů vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení těchto kontrol, a proto nemůže být samostatně účtován. Poslední bezpečnostně technické kontroly musí být účastníkem provedeny nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční lhůty;
- g) **dodání dokladů**, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury NIS a PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. **návod k použití** v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné **certifikáty, atesty** osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii **prohlášení o shodě** (CE declaration) a **další** dle ZOZP;
- h) ekologická likvidace obalového materiálu, v němž bylo zboží dodáno;
- i) poskytování pozáručního servisu po dobu 5 let (po skončení záručního servisu).

### 3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV

33100000-1 – Zdravotnické přístroje

33172100-7 – Anesteziologické přístroje

33168100-5 – Přístroje pro operační sály

**3. Cena sjednaná ve smlouvě:**

- 1) Kupní smlouva: 8 901 000,- Kč bez DPH; 10 770 210,- s DPH
- 2) Servisní smlouva: 460 000,- Kč bez DPH; 556 600,- s DPH

**4. Druh zadávacího řízení:**

Otevřené nadlimitní řízení

**5. Označení účastníků zadávacího řízení:**

Číslo nabídky	Obchodní firma a sídlo účastníka	IČO	Datum a čas přijetí
1E	<b>Dräger Medical s.r.o.,</b> Obchodní 124, 251 01 Čestice	267 00 760	12.01.2021 15:10:44
2E	<b>medisap,s.r.o.</b> Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3	480 29 360	12.01.2021 19:11:16 Nabídka zneplatněna před lhůtou pro podání nabídek
3E	<b>medisap,s.r.o.</b> Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3	480 29 360	12.01.2021 19:35:26

**6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:**

Nikdo nebyl vyloučen.

**7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:**

Nabídka **medisap,s.r.o., Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3, IČO 480 29 360**, po posouzení splnění podmínek účasti splnila zákonem a zadavatelem stanovené podmínky v zadávacích podmínkách a po provedeném hodnocení se umístila jako první v pořadí s nabídkovou cenou 9 361 000,- Kč bez DPH.

Nabídky byly hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky byla hodnocena podle **nejnižší nabídkové ceny**.

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena veřejné zakázky **v korunách českých (CZK) bez daně z přidané hodnoty (DPH), uvedená v krycím listu nabídky** a stanovená jako součet nabídkových cen za jednotlivá dílčí plnění A+B dle tabulky v článku 4 zadávacích podmínek.

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky na dalších místech byly seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší, přičemž nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou byla nabídkou nejméně výhodnou.

**Výsledek hodnocení nabídek:**

Pořadí nabídky	Číslo nabídky	Obchodní firma a sídlo účastníka	IČO	Celková cena v Kč bez DPH
1	3E	medisap,s.r.o. Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3	480 29 360	9 361 000,-
2	1E	Dräger Medical s.r.o., Obchodní 124, 251 01 Čestice	267 00 760	9 789 400,-

**8. Označení poddodavatele:**

Bez poddodavatelů.

**9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu:**

Nepoužito.

**10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:**

Nepoužito.

**11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:**

Nepoužito.

**12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:**

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

**13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků:**

Jiné komunikační prostředky při podání nabídky použity nebyly, podání nabídek bylo prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje EZAK.

**14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů**

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

**15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:**

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je kompletní dodávka včetně zajištění mj. pozáručního servisu.

**16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ:**

Nepoužito.

V Hradci Králové dne 22. 3. 2021

.....

Královéhradecký kraj

Mgr. Jitka Bučková

oddělení veřejných zakázek

na základě pověření