

Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Zakázka: Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje III
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedeného dotazu a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.

Dotaz č. 1:

Ve specifikaci položky Vyplachovač podložních mís zadavatel požaduje, aby materiály použité na výrobu vyplachovače, příslušenství a nosičů mís snášely chemické, mechanické a tepelné namáhání a aby části, které přicházejí do styku s vodou, párou nebo chemií byly vyrobeny z antikoročních materiálů. Rozumíme tomu správně, že zadavatel požaduje vyplachovače podložních mís nerezovém provedení?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel požaduje vyplachovače podložních mís v nerezovém provedení.

Místo a doba pro podání nabídek:

Lhůta a místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle Zadávací dokumentace.

V Hradci Králové dne 23. 5. 2014



Ing. Pavel Tichý
zástupce zadavatele