



Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Veřejná zakázka: Plicní ventilátory (ARO) a resuscitační vaky pro Oblastní nemocnici Náchod

Identifikační údaje zadavatele:

Podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoby ve věcech technických

- Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz
- Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Lucie Jasinková, tel.: +420 495 817 610, e-mail: ljaskova@kr-kralovehradecky.cz,

Zadavatel č. 2

Název **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO 260 00 202
DIČ CZ699004900
Jednající RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

Kontaktní osoby ve věcech technických

- Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz
- Bc. Michaela Kapustová, tel.: + 420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Předmět dotazu: Zadavatel v zadávací dokumentaci, v článku 7.3 požaduje k prokázání technické kvalifikace předložení „seznamu významných dodávek poskytnutých nejdéle za poslední tři (3) roky před zahájením zadávacího řízení“ s tím, že ze seznamu významných dodávek musí mimo jiné vyplývat realizace „alespoň dvou (2) významných obdobných zakázek, jejichž předmětem byla dodávka plicních ventilátorů pro oddělení ARO ve finančním objemu minimálně 1 200 000 Kč bez DPH za každou z nich“.

Popis stavu: Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) ve své podstatě poskytují intenzivní a vysoce odbornou lůžkovou péči pacientům, u kterých je třeba stanovit základní diagnózu, stabilizovat jejich zdravotní stav a zvládnout náhlou nemoc nebo náhlé zhoršení chronické nemoci – z hlediska úrovně závislosti na podpoře životních funkcí jsou zde léčeni pacienti se závislostí částečnou či úplnou.

Oddělení následné lůžkové péče (NIP) pak poskytují péči pacientům, u kterých již byla stanovena základní diagnóza, došlo ke stabilizaci jejich akutního zdravotního stavu či ke zvládnutí jejich náhlé nemoci nebo náhlému zhoršení jejich chronické nemoci. Zdravotní stav těchto pacientů však i nadále vyžaduje intenzivní a vysoce odbornou lůžkovou péči, neboť i tito pacienti jsou i nadále částečně nebo úplně závislí na podpoře životních funkcí.

S ohledem na výše uvedené lze tedy jednoznačně konstatovat, že oddělení typu ARO a NIP jsou ve smyslu poskytovaných výkonů a s nimi souvisejících požadavků na přístrojové vybavení či personální a jiné zajištění srovnatelná, což potvrzuje i běžná praxe u poskytovatelů zdravotních služeb, kdy oddělení NIP jsou organizačně i personálně součástí oddělení ARO. Tato skutečnost vyplývá i z příslušných platných právních předpisů a požadavků zdravotních pojišťoven, které stanovují podmínky pro poskytování jednotlivých úrovní péče u poskytovatelů zdravotních služeb.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat předložení seznamu dvou významných obdobných zakázek, jejichž předmětem byla dodávka plicních ventilátorů pro oddělení typu NIP za předpokladu splnění stanovených finančních objemů pro každou významnou zakázku a také za předpokladu splnění i všech ostatních podmínek účasti v zadávacím řízení - tj. ostatních podmínek kvalifikace, technických podmínek, obchodních podmínek aj

Odpověď na dotaz č. 1:

Jak sám uchazeč uvádí, na oddělení ARO se poskytuje péče pacientům, u nichž je třeba stanovit základní diagnózu, stabilizovat jejich zdravotní stav a zvládnout náhlou nemoc nebo náhlé zhoršení chronické nemoci. Z toho vyplývají i nejvyšší nároky jak na personál, tak na přístrojovou techniku sloužící k záchraně životů pacientů. Naproti tomu oddělení NIP je určeno pro pacienty ve stabilizovaném stavu, kteří sice jsou nadále částečně nebo úplně závislí na podpoře životních funkcí ale, jak vyplývá z předchozího, jejich stav již není život akutně ohrožující. Z tohoto důvodu zadavatel trvá na poskytnutí alespoň dvou (2) významných obdobných zakázek, jejichž předmětem byla dodávka plicních ventilátorů pro oddělení ARO.

Dotaz č. 2:

V příloze č. 1a) Technická specifikace zadavatele uvádí požadavek *Plicní ventilátor s vestavěnou turbínou s vysokým průtokem minimálně 180 l/min*

Na oddělení anestézie a resuscitační intenzivní péče jsou standardně rozvody medicínálních plynů vzduchu a kyslíku. Požadavek nahradit centrální rozvody vzduchu pro ventilaci pacienta ventilátorem vestavěnou turbínou s vysokým průtokem 180 l/min je z tohoto pohledu nadbytečný, zvláště když požadavek na vestavěnou turbínu musí trvale zajistit pro ventilaci pacienta vysokou bakteriální a virální čistotu vzduchu jeho filtrací z prostoru oddělení pomocí hepafiltrů.

Umožní zadavatel nabídku přístroje s připojením na centrální rozvody medicínálních plynů při dodržení výkonových parametrů průtoku?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, zadavatel akceptuje navrhované řešení.

Dotaz č. 3:

V příloze č. 1a) Technická specifikace zadavatel uvádí požadavek *Řízení tlaků v obturační manžetě automatika nebo manuální nastavení*

Umožní zadavatel manuální nastavení tlaku v balónku a manuální nebo automatickém měření jeho tlaku na ventilátoru?

Odpověď na dotaz č. 3:

Ano, zadavatel akceptuje navrhované řešení.

Dotaz č. 4:

V příloze č. 1a) Technická specifikace zadavatel uvádí požadavek *Automatický režim pro aktivní i pasivní pacienty, upravující inspirační tlaky, dechový objem a frekvenci na základě měření ventilačních parametrů*

Bude zadavatel pokládat za splnění tohoto požadavku, pokud uchazeč nabídne obdobné technické řešení formou speciálních ventilačních režimů, které zajistí pacienta obdobným způsobem.

Odpověď na dotaz č. 4:

Ano, zadavatel bude pokládat uvedené řešení za splnění tohoto požadavku.

Dotaz č. 5:

V příloze č. 1a) Technická specifikace zadavatel uvádí požadavek *Možnost rozšířit o měření etCO2 a SpO2*

Oba parametry etCO2 a SpO2 jsou obsaženy v již pořízené monitorovací technice patientských monitorů a jsou základem monitorování ventilovaných pacientů na lůžku. Možnost o měření etCO2 a SpO2 na ventilátoru bez dalšího určení je duplicitní a může vést z mnoha vlivů rozdílným údajům. Požadované parametry, které už jsou obsaženy v monitorech nadměrně zvyšují ekonomickou náročnost zakázky.

Uzná zadavatel jednotné měření etCO2 a SpO2 jako součást patientských monitorů a základního monitorování ventilovaných pacientů na lůžku.?

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel trvá na požadavku možnosti rozšíření měření etCO2 a SpO2 na ventilátoru z důvodu využití těchto hodnot pro inteligentní automatické stanovení ventilačních parametrů.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 4. 2021 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

- Příloha č. 1a – Technická specifikace
- Příloha č. 4 – Tabulka plnění požadavků

V Hradci Králové dne 29. 3. 2021

Ing. Lucie Jasinková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření