

**Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)****Veřejná zakázka: Ohřev pacienta pro Oblastní nemocnici Náchod****Identifikační údaje zadavatele:**

Podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoby ve věcech technických

- Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz
- Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Lucie Jasinková, tel.: +420 495 817 610, e-mail: ljaskova@kr-kralovehradecky.cz,

Zadavatel č. 2

Název **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO 260 00 202
DIČ CZ699004900
Jednající RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

Kontaktní osoby ve věcech technických

- Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz
- Bc. Michaela Kapustová, tel.: + 420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele:https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Zadavatel u řídicí jednotky ohřevu pacienta požaduje minimálně tři samostatně regulované výstupy pro současné připojení 1 matrace a 2 přikrývek.

Není běžné, ani medicínsky významné, aby dvě připojené přikrývky měly nastavené různé teploty ohřevu. Z požadavků na matrace a přikrývky dále vyplývá, že jediná možnost využití tohoto požadavku je připojení matrace a přikrývky pro dolní část těla s přikrývkou na trup/torzo.

Tento požadavek je běžně technicky řešitelný systémem se dvěma výstupy a chytrým řešením matrací a přikrývek.

Bude zadavatel akceptovat řídicí jednotku se dvěma výstupy s tím, že nabízený sortiment pokrývek a matrací plně zabezpečí požadovaný rozsah ohřevu pacienta na požadovanou teplotu?

Odpověď na dotaz č. 1:

Uchazeč ve svém dotazu uvedl pouze tzv. chytré řešení matrací a přikrývek. Z tohoto marketingového názvu zadavatel není schopen posoudit požadovanou funkci. Zadavatel trvá na třech samostatně regulovatelných výstupech.

Dotaz č. 2:

Zadavatel u ohřívacích přikrývek požaduje rozsah teplot 37 až 43 stupňů.

Nejedná se o požadovaný rozsah cílové teploty pacienta, ale o nastavitelnou teplotu přikrývky. Ohřev na operačním stole má většinou zajistit, aby byl pacient udržen v normotermii, tedy cca 37 stupňů. Každý výrobce má technicky jinak řešený převod tepla z přikrývky na pacienta použitým materiálem. V případě technicky vyspělých řešení by teplota přikrývky v rozmezí 39 až 43 stupňů byla pro pacienty nebezpečná.

Bude zadavatel akceptovat přikrývky s rozsahem teplot do 39 stupňů konstrukčně vyřešených tak, aby byla bezpečně zaručena normotermie pacienta?

Odpověď na dotaz č. 2:

Jak bylo již uvedeno v předchozí odpovědi, u dotazů bez konkrétního technického řešení zadavatel není schopen posoudit, zda vyhovují danému účelu. Zadavatel trvá na zadání.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 29. 3. 2021

Ing. Lucie Jasinková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření