



### Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 3 (Dodatečná informace č. 3)

## **Veřejná zakázka: Plicní ventilátory (ARO) a resuscitační vaky pro Oblastní nemocnici Náchod**

### **Identifikační údaje zadavatele:**

Podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019

### **Zadavatel č. 1**

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název **Královéhradecký kraj**  
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO 708 89 546  
DIČ CZ 708 89 546  
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoby ve věcech technických

- Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: [vnyc@kr-kralovehradecky.cz](mailto:vnyc@kr-kralovehradecky.cz)
- Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: [mmichl@kr-kralovehradecky.cz](mailto:mmichl@kr-kralovehradecky.cz)

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Lucie Jasinková, tel.: +420 495 817 610, e-mail: [ljaskova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:ljaskova@kr-kralovehradecky.cz),

### **Zadavatel č. 2**

Název **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**  
Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod  
IČO 260 00 202  
DIČ CZ699004900  
Jednající RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

Kontaktní osoby ve věcech technických

- Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: [buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz](mailto:buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz)
- Bc. Michaela Kapustová, tel.: + 420 727 986 414, e-mail: [kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz](mailto:kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz)

### **Profil zadavatele:**

[https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

## **Druh a režim veřejné zakázky:**

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

### **Dotaz č. 1:**

V Zadávací dokumentaci, v příloze č.1 a) Technická specifikace zadavatel uvádí požadavek: „Monitorace transpulmonálního tlaku“. Pro měření transpulmonálního tlaku je nutné zavést do jícnu pacienta invazivní katétr, což s sebou nese související rizika a také zvýšené náklady.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat pro dosažení recruitment manévru řešení nabízené v podobě kompletní spirometrie vitální kapacity plic?

### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Ne, zadavatel trvá na svém požadavku dle zadávacích podmínek.

### **Dotaz č. 2:**

V Zadávací dokumentaci, v příloze č.1 a) Technická specifikace zadavatel uvádí požadavek: „Možnost rozšířit o měření etCO<sub>2</sub> a SpO<sub>2</sub>“. Měření etCO<sub>2</sub> je parametr, který odráží stav ventilace pacienta a reaguje na změny max do 10 s. Z klinického hlediska je parametr SpO<sub>2</sub> v přímé souvislosti s parametrem etCO<sub>2</sub>. SpO<sub>2</sub> však odráží stav okysličenosti arteriální krve až s několika minutovým zpožděním při změnách respirační činnosti pacienta.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat možnost měření pouze etCO<sub>2</sub> na ventilátoru?

### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Ne, zadavatel trvá na možnosti rozšíření o měření SpO<sub>2</sub> pro inteligentní automatické stanovení ventilačních parametrů dle zadávacích podmínek.

### **Dotaz č. 3:**

V Zadávací dokumentaci, v příloze č.1 a) Technická specifikace zadavatel uvádí požadavek: „Součástí dodávky je 1ks elektronického nebulizátoru (pohonná jednotka, nebulizační hlavice, příslušenství pro zapojení do dýchacího systému) na bázi technologie tzv. elektronické mikropumpy pro podávání aerosolu léčiv do dýchacích cest pacienta ke každému přístroji, možnost ovládání nebulizátoru z ventilátoru“.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat ovládání nebulizátoru na jeho těle?

### **Odpověď na dotaz č. 3:**

Ne, z důvodu jednoduchosti ovládání a bezpečnosti pacienta zadavatel trvá na ovládání nebulizátoru z ventilátoru.

## **Lhůta pro podání nabídek se nemění.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 13. 4. 2021

Ing. Lucie Jasinková  
oddělení veřejných zakázek  
na základě pověření