

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

Zakázka: DD Tmavý Důl, vnitřní vybavení

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Mgr. Jitka Bučková, jbuckova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 512

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Položka PO01 – Postel polohovací 2120/1010 v počtu 83 ks

Dotaz č. 1:

V ZD je požadovaný rozměr ložné plochy 200x90 cm bez možnosti běžné tolerance ± 4 cm. Tímto se omezuje výběr pouze pro vybrané účastníky výběrového řízení a není transparentní pro ostatní výrobce.

Odpověď na dotaz č. 1:

Tolerance dodaného rozměru ± 5 % je možná za předpokladu dodržení maximální šířky lůžka 99 cm.

Dotaz č. 2:

V ZD je požadovaný odstín kovových součástí lůžka v dekoru RAL 1019 (hnědá), tento dekor není standardní. Může zadavatel nabídnout standardně používaný odstín RAL 9006 (stříbřitě šedá)?

Odpověď na dotaz č. 2:

Kovové součásti postele požadujeme blízké k dekoru RAL 1019, finální odstín barvy bude vybrán na základě vzorkování.

Dotaz č. 3:

V ZD požadujete ložnou plochu elektrického lůžka z dřevěných bukových lamel. Účastník soutěže upozorňuje na riziko použití dřevěných lamel ložné plochy z důvodu komplikované údržby, nízké životnosti, a hlavně vysoké poréznosti materiálu, kdy při úniku biologické látky pod matraci bude materiál kontaminován (bakterie, viry) a nepůjde důkladně dezinfikovat.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel připouští použití lamel kovových nebo plastových.

Dotaz č. 4:

V ZD je vyžadována norma ČSN EN 60601-2-52:2010. Bude tuto normu zadavatel vyžadovat formou mezinárodně platného originál certifikátu k nabízenému lůžku (název, modelové číslo), nebo bude stačit jen „čestné prohlášení“?

Odpověď na dotaz č. 4:

Dodavatel předloží potvrzení o vlastnostech zařízení, které jsou v souladu s uvedenou normou.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 5. 2021 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 14. 4. 2021

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření