



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle
ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
s názvem

“Vybavení ONN pro návaznou péči – Defibrilátory II.”

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

V zadávacím řízení zastoupen:

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 9.4.2021 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

„V příloze č 2 ZD_Technické podmínky pro Defibrilátor vyšší třídy požadujete 12svodové snímání EKG s odpovídajícím kabelem. Můžeme Vám nabídnout defibrilátor se 4svodovým kabelem pro snímání 6 křivek EKG. Tento defibrilátor splňuje všechny další požadavky. Budete akceptovat pro tuto třídu nabídku defibrilátoru se 4svodovým kabelem a sledováním/zobrazením 6 křivek EKG?“

Odpověď:

Zadavatel trvá na 12svodovém EKG u defibrilátoru vyšší třídy určeném pro provoz na ARO.



Dotaz č. 2:

“V příloze č 2 ZD_Technické podmínky pro defibrilátory požadujete, aby defibrilátor uměl z baterie dodat 100 výbojů s maximální energií. V našem případě to je 200 Joule, nabízíme defibrilátor s maximální nastavitelnou energií 200 Joule. Výrobce uvádí pouze informaci, že kapacita jedné baterie je 100 výbojů s energií 150 Joule. Defibrilátor má pozici na dvě baterie a standardně je dodáván se dvěma bateriemi, tudíž celková kapacita je 200 výbojů s energií 150 Joule. To odpovídá 150 výbojům s 200 Joule (maximální energie). Budete akceptovat nabídku s takovým řešením”

Odpověď:

Zadavatel akceptuje v dotazu popsany defibrilátor se dvěma vloženými bateriemi, ale nesmí být v této konfiguraci překročen požadovaný váhový limit.

V Praze dne 14.4.2021

J&T advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník