

Písemná zpráva zadavatele

vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“),

o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

Gynekologická a proktologická vyšetřovací lehátka pro Oblastní nemocnici Náchod

1. Identifikační údaje zadavatele:

Informace o zadavateli

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci je pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení Zadavatel 1.

Zadavatel 1:	Královéhradecký kraj
<i>Sídlem:</i>	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
<i>Zástupce:</i>	Mgr. Martin Červíček, hejtman
<i>IČO:</i>	70889546

a

Zadavatel 2:	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
<i>Sídlem:</i>	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
<i>Jednající:</i>	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
<i>IČO:</i>	260 00 202

2. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání a instalace vyšetřovacích gynekologických lehátek a proktologického lehátka pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem – ONN.

Předmětná dodávka zahrnuje 4 ks vyšetřovacích lehátek gynekologických a 1 ks vyšetřovacího lehátka proktologického. Součástí dodávky bude provedení instruktáže pro personál (v rozsahu dle kupní smlouvy).

Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je zejména:

- doprava do místa plnění, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů;
- instruktáž zdravotnického personálu uživatele (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů);
- vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, a protokolu opravňujícího provádět následně instruktáže zdravotnického personálu v používání předmětu veřejné zakázky pro určeného pracovníka uživatele, pokud má dodavatel k takovému oprávnění prokazatelný souhlas výrobce zboží;
- dodání předávacího protokolu, záručního a dodacího listu;

- e) poskytování komplexního záručního servisu a oprav včetně dodávky náhradních dílů;
- f) po dobu záruky (minimálně však 1x ročně) požaduje zadavatel **provedení bezpečnostně technických kontrol** dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOZP“), které jsou nezbytné pro provoz tohoto zařízení. Dále provedení veškerých předepsaných či doporučených kontrol a revizí včetně vystavení protokolů (a to jak výrobcem, tak servisní organizací nebo právními předpisy), aby zdravotnický prostředek splňoval podmínky uvedené v ZOZP. Pokud je pro provedení bezpečnostně technických kontrol či jakýchkoliv dalších předepsaných testů vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení těchto kontrol, a proto nemůže být samostatně účtován. Poslední bezpečnostně technické kontroly musí být účastníkem provedeny nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční lhůty;
- g) **dodání dokladů**, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury NIS a PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. **návod k použití** v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné **certifikáty, atesty** osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii **prohlášení o shodě** (CE declaration) a další dle ZOZP;
- h) ekologická likvidace obalového materiálu, v němž bylo zboží dodáno;
- i) poskytování pozáručního servisu po dobu 5 let (po skončení záručního servisu).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV

33192100-3 – Lůžka pro použití ve zdravotnictví

33192120-9 – Nemocniční lůžka

33192160-1 – Lehátka

3. Cena sjednaná ve smlouvě:

998 333,09 Kč bez DPH (nabídková cen A pro zadavatele Královéhradecký kraj činí 743 048,09 Kč bez DPH a nabídková cena B pro zadavatele Oblastní nemocnici Náchod a.s. činí 255 285,00 Kč bez DPH)

4. Druh zadávacího řízení:

nadlimitní otevřené řízení

5. Označení účastníků zadávacího řízení:

Seznam podaných nabídek:

Číslo nabídky	Obchodní firma a sídlo účastníka	IČO	Datum a čas přijetí
2	DN FORMED Brno s.r.o., Brno, Hudcova 76a, PSČ 61248	46982604	03.11.2020 10:37:44
3	L I N E T spol. s r.o., Želevec 5, 274 01 Slaný	00507814	04.11.2020 08:06:28

Nabídka s pořadovým číslem 1 byla ještě před otevíráním nabídek vzata zpět, systém již jednou přidělené číslo znovu nepřiděluje, proto začíná číselná řada číslem 2.

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný dodavatel.

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:

Vybraným dodavatelem je **L I N E T spol. s r.o.**, Želevčice 5, 274 01 Slaný, IČO 00507814, s nabídkovou cenou 998 333,09 Kč bez DPH (nabídková cen A pro zadavatele Královéhradecký kraj činí 743 048,09 Kč bez DPH a nabídková cena B pro zadavatele Oblastní nemocnici Náchod a.s. činí 255 285,00 Kč bez DPH), a to ve smyslu § 122 odst. 1 zákona, jelikož jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a účastník po posouzení splnění podmínek účasti splnil zákonem a zadavatelem stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení.

Výsledek hodnocení nabídek:

Pořadí nabídky	Obchodní firma a sídlo účastníka	IČO	Datum a čas přijetí
2	DN FORMED Brno s.r.o., Brno, Hudcova 76a, PSČ 61248	46982604	1 284 502,56
1	L I N E T spol. s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný	00507814	998 333,09

8. Označení poddodavatele:

Dodavatel nemá v úmyslu využít poddodavatele.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu:

Nepoužito.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:

Nepoužito.

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků:

Jiné komunikační prostředky nebyly použity.

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil dále na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je dodání jednoho druhu lůžek, přičemž další druhy lůžek a lehátek jsou soutěženy v samostatných celcích v nadlimitním režimu, podle dílčích funkčních celků a druhů.

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ:

Nepoužito.

V Hradci Králové dne 14. 4. 2021

Královéhradecký kraj

JUDr. Jana Mitrović
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření