



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle  
ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)  
s názvem

### “Vybavení ONN pro návaznou péči – Defibrilátory II.“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

**Zadavatel:** Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
**Sídlo zadavatele:** Purkyňova 446, 547 01 Náchod  
**IČ:** 26000202  
**DIČ:** CZ26000202  
**zastoupený:** RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

**V zadávacím řízení zastoupen:** J&T advokátní kancelář s.r.o.  
IČ 04996305  
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,  
**JUDr. Jan Salmon**, advokát a společník  
Tel: + 420 774 720 720  
e-mail: [office@jtak.cz](mailto:office@jtak.cz)

**Kontaktní osoba:** Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,  
nákupu a grantových projektů  
tel. + 420 727 986 414  
e-mail: [kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz](mailto:kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz)

**Adresa profilu zadavatele:** [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_1330.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html)

Zadavatel obdržel dne 12.4.2021 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

#### Dotaz:

„Zadavatel požaduje v příloze č. 2 ZD Technické podmínky, DEFIBRILÁTOR NIŽŠÍ TŘÍDY – 4 ks, splnění požadavku: „Výstup tiskárny dostupný vně brašny a kapsy na příslušenství“. Účastník by rád v této kategorii defibrilátorů nabídnul přístroje, jejichž integrovaná tiskárna je instalovaná na bok přístroje spolu se vstupy pro ostatní monitorované parametry, je tedy krytá brašnou. Při KPR je ale tato část brašny plně otevřená a tiskárna je pro obsluhu zřetelně viditelná, plně bez překážek dostupná a nic nebrání tomu, aby mohla plnit svůj medicínský účel.

Účastník má za to, že se jedná o klinicky nevýznamnou odchylku, která neovlivňuje negativně medicínský účel, za kterým jsou defibrilátory pořizovány.

Umožní zadavatel účastníkovi nabídnout defibrilátory s takto umístěnou tiskárnou?“

#### Odpověď:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Zadavatel u pořizovaných přístrojů nehodnotí pouze medicínský účel, ale i praktické uspořádání přístroje a komfort uživatelské obsluhy. A to zvláště u přístroje používaného v kritických situacích. Proto zadavatel trvá na výstupu tiskárny vně brašny či kapsy na příslušenství.**

**V Praze dne 15.4.2021  
J&T advokátní kancelář s.r.o.  
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník**