



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle
ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
s názvem

“Vybavení nemocnice Rychnov nad Kněžnou v rámci návazné péče – defibrilátor“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

V zadávacím řízení zastoupen: **J&T advokátní kancelář s.r.o.**
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba: **Bc. Michaela Kapustová**, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 12.4.2021 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

„Zadavatel požaduje v příloze č. 2 ZD Technické podmínky splnění požadavku: „Výstup tiskárny dostupný vně brašny a kapsy na příslušenství“. Účastník by rád v této kategorii defibrilátorů nabídnul přístroj, jehož integrovaná tiskárna je instalovaná na bok přístroje spolu se vstupy pro ostatní monitorované parametry, je tedy krytá brašnou. Při KPR je ale tato část brašny plně otevřená a tiskárna je pro obsluhu zřetelně viditelná, plně bez překážek dostupná a nic nebrání tomu, aby mohla plnit svůj medicínský účel.“

Účastník má za to, že se jedná o klinicky nevýznamnou odchylku, která neovlivňuje negativně medicínský účel, za kterým je defibrilátor pořízován.

Umožní zadavatel účastníkovi nabídnout defibrilátor s takto umístěnou tiskárnou?“

Odpověď:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel u pořizovaných přístrojů nehodnotí pouze medicínský účel, ale i praktické uspořádání přístroje a komfort uživatelské obsluhy. A to zvláště u přístroje používaného v kritických situacích. Proto zadavatel trvá na výstupu tiskárny vně brašny či kapsy na příslušenství.

**V Praze dne 15.4.2021
J&T advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník**