



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle
ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
s názvem

“Vybavení ONN pro návaznou péči – Defibrilátory II.”

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

V zadávacím řízení zastoupen:

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 13.4.2021 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

„Zadavatel v příloze č. 2 ZD Technické podmínky pro DEFIBRILÁTOR VYŠŠÍ TRÍDY (EKG min. 3 svodové) – 9 ks požaduje hmotnost přístroje včetně kompl. vybavení max. 8,5 kg.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na defibrilátor, jehož hmotnost včetně kompletního vybavení nepřesáhne 9,4 kg? Dle klinických a praktických zkušeností uchazeče je hmotnost defibrilátoru nepřesahující 10 kg obvyklá a v klinické praxi obsluhou akceptovaná.

Účastník má za to, že se jedná o nevýznamné navýšení hmotnosti z hlediska možného zhoršení při manipulování s defibrilátorem a na základě toho jde o klinicky nevýznamnou odchylku od původního požadavku zadavatele.

Bude zadavatel akceptovat takovou nabídku?“

Odpověď:



Zadavatel u pořizovaných přístrojů s nižším stupněm výbavy, kterých se dotaz týká, trvá na váze do 8,5kg. Vyšší váhu akceptuje dle technické specifikace pouze u přístrojů s vyšším stupněm výbavy a 12svodovým EKG určeným pro provoz na ARO.

Dotaz č. 2:

“Zadavatel v příloze č. 2 ZD Technické podmínky pro DEFIBRILÁTOR NIŽŠÍ TŘÍDY - 4 ks požaduje hmotnost přístroje včetně kompl. vybavení max. 8,5 kg.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na defibrilátor, jehož hmotnost včetně kompletního vybavení nepřesáhne 9,4 kg? Dle klinických a praktických zkušeností uchazeče je hmotnost defibrilátoru nepřesahující 10 kg obvyklá a v klinické praxi obsluhou akceptovaná.

Účastník má za to, že se jedná o nevýznamné navýšení hmotnosti z hlediska možného zhoršení při manipulování s defibrilátorem a na základě toho jde o klinicky nevýznamnou odchylku od původního požadavku zadavatele.

Bude zadavatel akceptovat takovou nabídku?”

Odpověď:

Zadavatel u pořizovaných přístrojů s nižším stupněm výbavy, kterých se dotaz týká, trvá na váze do 8,5kg. Vyšší váhu akceptuje dle technické specifikace pouze u přístrojů s vyšším stupněm výbavy a 12svodovým EKG určeným pro provoz na ARO.

V Praze dne 15.4.2021

J&T advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník