

**Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)**

Veřejná zakázka: Anesteziologický přístroj a monitor vitálních funkcí k magnetické rezonanci pro Oblastní nemocnici Náchod

Identifikační údaje zadavatele:

Podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoby ve věcech technických

- Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz
- Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Lucie Jasinková, tel.: +420 495 817 610, e-mail: ljaskova@kr-kralovehradecky.cz,

Zadavatel č. 2

Název **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO 260 00 202
DIČ CZ699004900
Jednající RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

Kontaktní osoby ve věcech technických

- Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz
- Bc. Michaela Kapustová, tel.: + 420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

V Příloze č. 1a zadávací dokumentace – Technická specifikace, požaduje zadavatel pokud jde o Monitor vitálních funkcí, přístroj kompatibilní do 3,0T bez jakýchkoliv omezení. Kontextuálně chápeme požadavek zadavatele, s ohledem na prostředí magnetické rezonance, na zajištění co nejvyšší bezpečnosti provozu zde používaných zdravotnických prostředků dnes běžně umísťitelných do intenzity magnetického pole, jako požadavek na zařízení kompatibilní s magnetickým polem minimálně 1.500 Gauss.

Chápeme správně, když výše uvedený požadavek interpretujeme konkrétně jako řešení monitoru vitálních funkcí, vzhledem k právě zmíněné bezpečnosti provozu, jehož použití/umístění je možné do magnetického pole o intenzitě minimálně 1.500 Gauss?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, použití/umístění monitoru vitálních funkcí do magnetického pole o intenzitě minimálně 1.500 Gauss je dostatečné.

Dotaz č. 2:

V Příloze č. 1a zadávací dokumentace – Technická specifikace, požaduje zadavatel pokud jde o Anesteziologický přístroj, nastavení průtoku čerstvé směsi elektronickými rotametry pro každý plyn zvlášť min. 0,2 – 10 l/min. Rotametry v kaskádovém uspořádání běžně dodávané u anesteziologických přístrojů zaručují dostatečnou přesnost nastavení průtoku každého plynu a jejich použití tudíž nemá, dle našeho přesvědčení, žádný objektivní vliv na funkci přístroje či přesnost nastavení požadovaných průtoků čerstvých plynů.

Bude zadavatel akceptovat, coby funkčně ekvivalentní, nabídku anesteziologického přístroje v provedení s kaskádovými rotametry?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ne, zadavatel používá u všech anesteziologických přístrojů elektronické rotametry a z důvodu bezpečnosti při prováděných výkonech požaduje jednotné provedení.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 15. 4. 2021

Ing. Lucie Jasinková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření