



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle
ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
s názvem

“Vybavení nemocnice Rychnov nad Kněžnou v rámci návazné péče – defibrilátor“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

V zadávacím řízení zastoupen: **J&T advokátní kancelář s.r.o.**
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba: **Bc. Michaela Kapustová**, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 13.4.2021 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

„Zadavatel v příloze č. 2 ZD Technické podmínky pro DEFIBRILÁTOR – 1 ks požaduje hmotnost přístroje včetně kompl. vybavení max. 8,5 kg.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na defibrilátor, jehož hmotnost včetně kompletního vybavení nepřesáhne 9,4 kg? Dle klinických a praktických zkušeností uchazeče je hmotnost defibrilátoru nepřesahující 10 kg obvyklá a v klinické praxi obsluhou akceptovaná.

Účastník má za to, že se jedná o nevýznamné navýšení hmotnosti z hlediska možného zhoršení při manipulování s defibrilátorem a na základě toho jde o klinicky nevýznamnou odchylku od původního požadavku zadavatele.

Bude zadavatel akceptovat takovou nabídku?“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď:

Zadavatel v rámci VZ požaduje přístroj s nižším stupněm výbavy. V dané kategorii většina přístrojů na trhu splňuje požadovanou hmotnost do 8,5kg. Proto zadavatel trvá na požadavku.

V Praze dne 15.4.2021

J&T advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník