



Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 1
(Dodatečná informace č. 1)

Veřejná zakázka: Sady vrtaček na velké kosti pro Oblastní nemocnici Náchod

Identifikační údaje zadavatele:

podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

Mgr. Kateřina Machová, tel.: +420 495 817 489, e-mail: kamachova@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO 260 00 202
DIČ CZ699004900
Zástupce RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s ustanoveními § 98 a § 99 ZZVZ následující vysvětlení a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

„Zadavatel v technické specifikaci položky 1 – sada vrtaček – systém pro velké kosti požaduje v položkách plnění: zahnutý radiolucenční vrtací nástavec včetně adaptéru (celkem 2ks) a zároveň radiolucenční vrták s přechodkou (celkem 1ks). Uchazeč se domnívá, že obě tyto položky jsou shodné a žádá proto zadavatele, o upřesnění celkového počtu požadovaných kusů.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a upřesnění technické specifikace:

Zadavatel **bude požadovat pouze zároveň radiolucenční vrták s přechodkou (celkem 1ks).**

Zahnutý radiolucenční vrtací nástavec včetně adaptéru (celkem 2ks) nebude součástí nabídky.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 5. 2021 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

Příloha č. 1 a – Technická specifikace rev01 (ve znění DI č. 1)

Příloha č. 4 – Tabulka plnění minimálních požadavků rev01 (ve znění DI č. 1)

V Hradci Králové dne 20. 4. 2021

Mgr. Kateřina Machová,
oddělení veřejných zakázek,
na základě pověření