

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 2 **(Dodatečná informace č. 2)**

Veřejná zakázka: Sady vrtaček na malé kosti pro Oblastní nemocnici Náchod

Identifikační údaje zadavatele:

podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

Mgr. Kateřina Machová, tel.: +420 495 817 489, e-mail: kamachova@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO 260 00 202
DIČ CZ699004900
Zástupce RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s ustanoveními § 98 a § 99 ZZVZ následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

„Zadavatel požaduje v technické specifikaci kompatibilitu rukojeti, dobíjecí stanice a akumulátorů se systémem Colibri II. Je možné nabídnout vlastní systém obdobných parametrů, který nesplňuje podmínky kompatibility?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na kompatibilitě se systémem Colibri II. Zadavatel v současné době používá systém Colibri II včetně systému baterií a nástavců. Vzhledem ke skutečnosti, že nové sady vrtaček se budou používat na stejných sálech s totožným personálem, je z hlediska bezpečnosti pacienta, obsluhy a možnosti záměny jednotlivých dílů příslušenství potřebné zachovat kompatibilitu s tímto systémem.

Dotaz č. 2:

„Zadavatel požaduje v technické specifikaci rychlost vrtání minimálně 1400 ot/min. Bude akceptován systém s rychlostí 1250 ot/min?“

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat max. rychlost vrtání 1250 ot/min

Dotaz č. 3:

„Zadavatel požaduje v technické specifikaci oscilaci pilového nástavce min. 19 000 osc./min. Lze nabídnout nástavec s oscilací 15 750 osc./min?“

Odpověď na dotaz č. 3:

Ne, zadavatel trvá na oscilaci min. 17 500 osc/min. dle dodatečné informace č.1

Dotaz č. 4:

„Zadavatel požaduje v technické specifikaci akumulátor s kapacitou 16 Wh a napětím 14V. Bude akceptován akumulátor s kapacitou 10,89 Wh a napětím 9,9V?“

Odpověď na dotaz č. 4:

Ne, zadavatel trvá na kapacitě min. 16 Wh z důvodu zajištění potřebného výkonu a doby použití.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 5. 2021 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace rev02 (ve znění DI č. 2)

Příloha č. 4 – Tabulka plnění minimálních požadavků rev02 (ve znění DI č. 2)

V Hradci Králové dne 22. 4. 2021

Mgr. Kateřina Machová,
oddělení veřejných zakázek,
na základě pověření