

**Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)**

Veřejná zakázka: Anesteziologický přístroj a monitor vitálních funkcí k magnetické rezonanci pro Oblastní nemocnici Náchod

Identifikační údaje zadavatele:

Podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
Kontaktní osoby ve věcech technických

- Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz
- Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Lucie Jasinková, tel.: +420 495 817 610, e-mail: ljaskinkova@kr-kralovehradecky.cz,

Zadavatel č. 2

Název **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO 260 00 202
DIČ CZ699004900
Jednající RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
Kontaktní osoby ve věcech technických

- Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz
- Bc. Michaela Kapustová, tel.: + 420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje jako součást zakázky 1x laryngoskop MR kompatibilní včetně nabíjecí stanice pro nabíjení akumulátorů. Bude zadavatel akceptovat laryngoskop MR kompatibilní s vyměnitelnými akumulátory (bez nabíjecí stanice pro nabíjení akumulátorů)?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení, součástí dodávky budou minimálně 2 baterie.

Dotaz č. 2:

U anesteziologického přístroje zadavatel požaduje:

Nastavení průtoku čerstvé směsi elektronickými rotametry. Anesteziologické přístroje k MRI běžně nemají elektronické rotametry. Tento parametr je diskriminační a prosím o jeho úpravu.

Odpověď na dotaz č. 2:

Jak již bylo uvedeno v Dodatečné informaci č.1., uveřejněné na profilu zadavatele dne 15. 4. 2021, zadavatel používá u všech anesteziologických přístrojů elektronické rotametry a z důvodu bezpečnosti při prováděných výkonech požaduje jednotné provedení.

Dotaz č. 3:

U anesteziologického přístroje zadavatel požaduje:

Aktivní ohřev ventilačního systému nebo obdobné řešení eliminace kondenzace. U anestezie pro MRI eliminace kondenzace není nutná s ohledem na délku vyšetření, která běžně trvá 15-20 minut. Během tak krátké doby se kondenzát nestihne vytvořit. Prosím o vyřazení tohoto požadavku.

Odpověď na dotaz č. 3:

Ne, zadavatel z důvodu bezpečnosti pacienta trvá na požadavcích dle zadávací dokumentace. Jak uvádí sám tazatel, délka vyšetření trvá 15-20 minut běžně, nikoliv limitně maximálně. Aktivní ohřev ventilačního systému je navíc standardní součástí naprosté většiny anesteziologických přístrojů.

Dotaz č. 4:

U anesteziologického přístroje zadavatel požaduje:

Centrální brzda. Bude zadavatel akceptovat u anesteziologického přístroje brzdu na každém kole zvlášť?

Odpověď na dotaz č. 4:

Ne, zadavatel trvá na požadavcích dle zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5:

U laryngoskopu zadavatel požaduje:

Nabíjecí stanice pro nabíjení akumulátorů. U laryngoskopů pro MRI se běžně používají baterie na jedno použití. Bude zadavatel akceptovat toto řešení?

Odpověď na dotaz č. 5:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení, součástí dodávky budou minimálně 2 baterie.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 5. 2021 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

- Příloha č. 1a – Technická specifikace
- Příloha č. 4 – Tabulka plnění požadavků

V Hradci Králové dne 23. 4. 2021

Ing. Lucie Jasinková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření