

Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Zakázka: „Dialyzační pojízdný přístroj (malý) pro Oblastní nemocnici Náchod“

Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
Ve věcech technických	Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz
Ve věcech veřejné zakázky	JUDr. Jana Mitrović, tel.: +420 495 817 479, e-mail: jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

- ❖ **Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:**

DOTAZ Č. 1:

Zadavatel dle technické specifikace požaduje v přístroji softwarově integrovaný ohřívač roztoků – **Bude zadavatel akceptovat** integrovaný ohřívač s modalitou ohřevu v přístroji a vlastním softwarovým rozhraním?

ODPOVĚĎ Č. 1:

Zadavatel trvá na softwarově integrovaném ohřívači roztoků.

DOTAZ Č. 2:

Zadavatel dle technické specifikace požaduje možnost výměny filtru v průběhu terapie bez nutnosti výměny celého setu.

Uchazeč si neumí představit situaci, při které by zadavatel využil požadovanou vlastnost „možnost výměny filtru v průběhu terapie bez nutnosti výměny celého setu“ a to především proto, že ke standardu poskytování CRRT terapie patří z důvodu bezpečnosti pacienta používání tzv. kaptivních setů, které zaručují dodržení sterility, eliminují existenci nežádoucího vzduchu, minimalizují krevní ztráty a hrají významnou roli při zajištění procesu kvality a bezpečnosti pacienta obecně. Tento kaptivní set umožňuje terapii za optimálních okolností v rozsahu 72hod.

Bude zadavatel akceptovat variantu „ možnost výměny filtru v průběhu terapie prostřednictvím kaptivního setu?“

ODPOVĚĎ Č. 2:

Zadavatel trvá na možnosti výměny filtru v průběhu terapie z důvodů toho, že u kriticky nemocných pacientů dochází často k poruchám koagulace způsobující předčasné nasycení filtrů před životností setu se ztrátou funkce. Možnost výměny filtru v průběhu terapie je tedy důležitá a zajišťuje po výměně pokračování plnohodnotné terapie s jejím minimálním přerušením při výměně filtru. Další aspekt je jistě ekonomický, výměna filtrů je levnější než výměna celého setu.

DOTAZ Č. 3:

Zadavatel dle technické specifikace požaduje nosnost vah pro dialyzační/substituční roztoky min. 20 kg a nosnost vah pro odpadní filtrát min. 20 kg

Uchazeč splňuje podmínku nosnosti vah pro dialyzační/substituční roztoky, nosnost vah pro odpadní filtrát je však 11kg , neboť z důvodu nepřetěžování zdravotnického personálu používáme 10 l odpadní vaky **(ano, nosnost vah pro odpadní filtrát 11kg) budete tedy akceptovat nižší nosnost vah?**

ODPOVĚĎ Č. 3:

Zadavatel trvá na daném parametru z důvodů méně častých výměn vaků a tímto způsobujícím šetřícím nadměrné přetěžování sester na ARO/JIP.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové dne 23. 4. 2021

na základě pověření