



Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 1
(Dodatečná informace č. 1)

Veřejná zakázka: ORL vyšetřovací jednotky pro Oblastní nemocnici Náchod

Identifikační údaje zadavatele

Podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoby ve věcech technických

- Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz
- Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, tel.: 495 817 460, e-mail: mjancova@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO 26000202
DIČ CZ699004900
Jednající RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

Kontaktní osoby ve věcech technických

- Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz
- Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci u vodního systému požaduje průtok 0-700 ml/min. Námi nabízený systém umožňuje maximální průtok 550 ml/min. Nejvyšší doporučená hodnota pro proplach uší je dle EU standardů je 500 ml/min. Bude Zadavatel, bez jakékoli penalizace, akceptovat proplach s maximálním výkonem proplachu 550 ml/min?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat maximální výkon proplachu 550 ml/min.

Dotaz č. 2

Zadavatel v technické specifikaci požaduje „1 toulec pro neutralizační roztok - Integrovaný LED zdroj světla 3x (v základu 2x LED zdroj světla). Prosíme o upřesnění, kolik zdrojů světla zadavatel požaduje?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje 2x zdroj světla.

Dotaz č. 3

Zadavatel v technické specifikaci požaduje rozměry unitu „šířka 1200 mm x hloubka 500 mm x výška 950 mm“. Bude Zadavatel akceptovat rozměry šířka 1123 x hloubka 500 x výška 970 mm?

Odpověď na dotaz č. 3:

Ano, zadavatel bude u rozměrových parametrů akceptovat toleranci +/-10%.

Dotaz č. 4

Zadavatel v technické specifikaci požaduje „Instalační sada pro připojení na vodovodní řad“. Je součástí této sady částicový filtr, který je doporučovaný jako předřadný k ORL jednotkám?

Odpověď na dotaz č. 4:

Ano, součástí připojení na vodovodní řád je i částicový filtr.

Dotaz č. 5

Zadavatel v technické specifikaci požaduje „Monitor LCD 22“ HD 1920 x 1080“. Prosíme o upřesnění, k čemu se tento monitor bude připojovat?

Odpověď na dotaz č. 5:

Monitor se bude připojovat k endoskopické kameře ve specifikaci: 1CCD HD endoskopická kamera, 1/3" CCD senzor, rozlišení min. 1920x1080 (4:3/16:9), min. 3-tlačítková hlava, filtr pro používání flexibilních endoskopů, min. S-video, composite video výstupy, min. 1,5x digitální zoom, připojení klávesnice PS2, standardní C-Mount objektiv f=18mm, pedál. Kamera bude součástí nabídky uchazeče.

Dotaz č. 6

Zadavatel v technické specifikaci požaduje přesné rozměry pracovních délek u optik. Ze zkušenosti účastníka vyplývá, že každý dodavatel tyto hodnoty měří jiným způsobem. Bude Zadavatel akceptovat nabídku rigidního endoskopu s pracovní délkou 141 mm a laryngoskop s pracovní délkou 188 mm?

Odpověď na dotaz č. 6:

Ano, pracovní délky v ZD jsou minimální požadované.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 5. 2021 v 11:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

- 1) p01a - ORL jednotky - Technická specifikace _rev01
- 2) p04 - ORL jednotky - Tab plnění požadavků _rev01

V Hradci Králové 26. 4. 2021

Ing. Monika Jančová
na základě pověření