



Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 1
(Dodatečná informace č. 1)

Veřejná zakázka: Elektrické odsávačky pro Oblastní nemocnici Náchod

Identifikační údaje zadavatele

Podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoby ve věcech technických

- Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz
- Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, tel.: 495 817 460, e-mail: mjancova@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO 26000202
DIČ CZ699004900
Jednající RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

Kontaktní osoby ve věcech technických

- Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz
- Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje splnění parametru: **bezúdržbový pístový motor**. Účastník by rád nabídnul vysoce kvalitní odsávačky, které mají bezúdržbový membránový motor. Máme za to, že z uživatelského hlediska se jedná o nevýznamnou odchylku od zadání při zachování ostatních požadovaných parametrů. Odsávačky navíc disponují vyšším maximálním podtlakem a vyšším sacím výkonem, než požaduje zadavatel, čímž se zvyšuje užitná hodnota odsávačky a její praktické/klinické využití. Jedná se o alternativní technické řešení, které je kvalitativně srovnatelné s požadavkem zadavatele.

Bude zadavatel akceptovat nabídku odsávaček s bezúdržbovým membránovým motorem?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat bezúdržbový membránový motor.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje splnění parametru: **elektronický přepínač lahví**. Účastník by rád nabídnul vysoce kvalitní odsávačky, které mají pro tuto funkcionalitu alternativní technické řešení v podobě mechanického přepínače plnění lahví. Uživatel jednoduchým způsobem provede přepnutí pro plnění druhé lahve. Tento způsob bez použití elektroniky, zejména speciálních snímačů se nám v praxi velmi osvědčil svojí spolehlivostí, jednoduchostí a efektivností s ohledem na možné budoucí provozní náklady, které lze u elektronických komponentů předpokládat. Jedná se o alternativní technické řešení, které je kvalitativně srovnatelné s požadavkem zadavatele, plní zcela požadavek na přepínání plnění lahví, tím také medicínský účel, vyhovuje praktickému uspořádání přístroje a nijak nesnižuje komfort uživatelské obsluhy.

Bude zadavatel akceptovat nabídku odsávaček s mechanickým přepínačem plnění lahví?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat mechanický přepínač lahví.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 5. 2021 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

- 1) p01a - El_odsávačky - Technická specifikace _rev01
- 2) p04 - El_odsávačky - Tab plnění požadavků _rev01

V Hradci Králové 27. 4. 2021

Ing. Monika Jančová
na základě pověření