



Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 2
(Dodatečná informace č. 2)

Veřejná zakázka: Elektrické odsávačky pro Oblastní nemocnici Náchod

Identifikační údaje zadavatele

Podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoby ve věcech technických

- Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz
- Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, tel.: 495 817 460, e-mail: mjancova@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO 26000202
DIČ CZ699004900
Jednající RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

Kontaktní osoby ve věcech technických

- Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz
- Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

děkujeme za zaslání kladných odpovědí na námi podané dotazy ze dne 23.04.2021. V upravené techn. specifikaci je však upravena jen položka č. 2 vztahující se k 13 ks odsávaček.

Chápe uchazeč správně, že akceptace našich dotazů se vztahuje i na pol. č. 1, tzn. 19 ks odsávaček?

Děkujeme předem za zaslání odpovědi.

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, uchazeč chápe správně. Aktualizovaná příloha č. 1a Technická specifikace a příloha č. 4 Tabulka plnění minimálních požadavků jsou přílohou této Dodatečné informace.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

1) p01a - EI_odsávačky - Technická specifikace _rev02

2) p04 - EI_odsávačky - Tab plnění požadavků _rev02

V Hradci Králové 29. 4. 2021

Ing. Monika Jančová
na základě pověření