



Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 2
(Dodatečná informace č. 2)

Veřejná zakázka: ORL vyšetřovací jednotky pro Oblastní nemocnici Náchod

Identifikační údaje zadavatele

Podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoby ve věcech technických

- Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz
- Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, tel.: 495 817 460, e-mail: mjancova@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO 26000202
DIČ CZ699004900
Jednající RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

Kontaktní osoby ve věcech technických

- Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz
- Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Zadavatel v ve Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 1 uveřejněném na profilu Zadavatele 26. 4. 2021 upřesnil požadavky na video řetězec, který nebyl součástí původního zadání a nově požaduje „1CCD HD endoskopická kamera, 1/3" CCD senzor, rozlišení min. 1920x1080 (4:3/16:9), min. 3-tlačítková hlava, filtr pro používání flexibilních endoskopů, min. S-video, composite video výstupy, min. 1,5x digitální zoom, připojení klávesnice PS2, standardní C-Mount objektiv f=18mm, pedál. Kamera bude součástí nabídky uchazeče.“.

V ORL ambulancích se standardně využívají malé optiky 1,9 – 4 mm. U těchto optik je obtížné pořídit ostrý záznam pomocí tlačítek kvůli pohybu kamerové hlavy. Takto malé optiky také přenáší pouze omezené rozlišení. Dále Zadavatel požaduje klávesnici s připojením PS2, které je zastaralé. Kamera požadovaná Zadavatelem, dle názoru účastníka, odpovídá spíše vybavení operačního sálu.

Účastník nabízí video řetězec dedikovaný pro ambulantní provoz s 1/3 CCD čipem s HD rozlišením 960 x 720 px, bez tlačítek s ovládáním pomocí pedálu a C-mount objektivem 21 mm, který je vhodnější pro ohniska malých optik. Díky uvedeným parametrům má kamerová hlava pouhých 115 g. Kamera nemá video výstup a je propojena s all-in-one PC pomocí USB. Není tedy nutná kamerová jednotka, kterou je v opačném případě potřeba umístit na unit. Klávesnice je softwarová nebo připojena pomocí novějšího rozhraní USB, které umožňuje i bezdrátovou klávesnici. Účastník má na trhu desítky instalací tohoto systému včetně klinických pracovišť a má tedy ověřeno, že výše uvedené parametry jsou vhodné pro ambulantní provoz. Kamera a dodaný software dále umožňuje budoucí rozšíření o audiometrii, stroboskopii a další moduly, které jsou podstatné pro ambulantní praxi.

Bude Zadavatel na základě výše uvedeného akceptovat nabízené řešení HD kamery s 3 CCD čipem s HD rozlišením 960 x 720 px, bez tlačítek s ovládáním pomocí pedálu, C-mount objektivem 21 mm, hmotností 115 g, připojenou pomocí USB s All-in-one PC, který je součástí systému?

Děkujeme

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení zaručující kompletní přenos signálu na monitor.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 5. 2021 v 11:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

- 1) p01a - ORL jednotky - Technická specifikace _rev02
- 2) p04 - ORL jednotky - Tab plnění požadavků _rev02

V Hradci Králové 30. 4. 2021

Ing. Monika Jančová
na základě pověření