

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Zakázka: Přístroj pro mimotělní oběh (ECMO) pro Oblastní nemocnici Náchod

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ70889546

Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

Mgr. Jitka Bučková, tel.: +420 495 817 512, e-mail: jbuckova@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČO 260 00 202

DIČ CZ699004900

Jednající RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414,

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat nabídku bez možnosti měření hodnot hemoglobin, hematokrit, saturace kyslíkem SvO₂ v žilní krvi?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ne, zadavatel trvá na požadavcích v zadávacích podmínkách.

Dotaz č. 2:

Bude zadavatel akceptovat nabídku s validovanou možností intra/inter nemocničního transportu (sanitní vůz)?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavateli není jasné, co je míněno pod pojmem „validovaná možnost“. Zadavatel trvá na předložení platného certifikátu pro transport inter-a intra – nemocniční (sanitní vůz, vrtulník).

Dotaz č. 3:

Bude zadavatel akceptovat nabídku se dvěma plnohodnotnými odstředivými čerpadly, kdy jedno je vždy jako záložní s připojením na záložní baterii, namísto ruční kliky?

Odpověď na dotaz č. 3:

Ano, zadavatel bude akceptovat i toto řešení.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové 6. 5. 2021

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření