

Dodatečná informace č. 4 k zadávacím podmínkám

Zakázka: Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje III
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedeného dotazu a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci zakázky Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje III v dílčí části A) Monitorovací stanice a telemetrie – Městská nemocnice a.s. Dvůr králové nad Labem, Centrální monitor pro JIP chirurgického oddělení, požaduje zadavatel parametr: „programovatelné klávesy pro rychlý přístup do často používaných obrazovek“.

Uchazeč tento požadavek na CMS nabízí způsobem využití nabídky nejčastěji používaných obrazovek a funkcí s možností pro každého monitorovaného pacienta. Tyto funkce se aktivují speciální ikonou. Jednotlivé funkce této nabídky lze programovat. Tímto způsobem monitorování a obsluhy není nijak dotčen medicínský účel, za kterým je tento zdravotnický prostředek nakupován.

Splní tímto způsobem uchazeč požadavek zadavatele?


Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Ano, tento způsob ovládání centrální stanice je pro zadavatele vyhovující a uchazeč takovým způsobem splní požadavek zadavatele.

Místo a doba pro podání nabídek:

Lhůta a místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle Zadávací dokumentace.

V Hradci Králové dne 5. 6. 2014



Ing. Pavel Tichý
zástupce zadavatele