

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 5 (Dodatečná informace č. 5)

Zakázka: DD Tmavý Důl, vnitřní vybavení

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Mgr. Jitka Bučková, jbuckova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 512

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje dodání stěžejního produktu předmětu plnění položku PO01 - Postel polohovací. V souvislosti s převodem z Domova Důchodců na Domov se zvláštním režimem a tedy i se změnou charakteru klientů – pacientů se domníváme, že zadavatelem požadované pasivní antidekubitní matrace mohou být pro některé pacienty, kteří mají diagnostikované dekubity III. a nebo IV. stupně jsou takto navržené matrace nevhodné a mohou mít negativní vliv na průběh léčby těchto proleženin a v krajním případě mohou tyto matrace vznik dekubitů IV. stupně způsobit.

Z výše uvedených důvodů se přímo nabízí, aby zřizovatel pro výše uvedené klienty v rámci předmětu plnění pořídil antidekubitní matrace nikoliv pasivní ale antidekubitní matrace aktivní.

Jsme přesvědčeni, že péče o klienty v domově se zvláštním režimem tyto matrace přímo vyžaduje. Dle dostupných informací má personál pro klienty k dispozici pouhé 4 aktivní matrace a obvykle musí posoudit stav pacientů a tyto matrace poskytuje těm, kteří je potřebují nejvíce a často tak dochází ke stavu, že někteří klienti, kteří tyto matrace vyžadují, je mít nemohou.

Z výše popsaných důvodů si dovoluujeme zadavateli navrhnout, aby přehodnotil své požadavky a například 10 kusů pasivních matrací vyměnil za matrace aktivní, které jednoznačně zvýší komfort a úroveň zdravotní péče klientů a zároveň usnadní personálu práci tím, že nebudou nuceni volit klienta, který aktivní matraci dostane a který ne. Aktivní matrace disponují vzduchovým kompresorem, který dle předvolených programů distribuuje vzduch do jednotlivých částí matrace a tím upravuje a rozkládá tlak, který pacient svým tělem na povrch matrace vyvíjí.

Nejlepší volnou jsou dle našeho uvážení tzv. matrace hybridní, které mají nespornou výhodu v tom, že je lze dle potřeby využívat jako matrace pasivní a v případě zhoršení stavu pacienta je lze přepnout do režimu aktivního a naopak. Lze tím docílit kvalitní léčby a prevence vzniku dekubitů vyššího stupně.

Hybridní matrace obvykle disponují následujícími parametry.

Hybridní matrace s pohonem s integrovanou zónou

Systém matrací musí být označen podle směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS jako zdravotnický prostředek třídy IIa

Certifikace matrací dle ISO 13485

Systém matrací musí mít atest proti hoření BS 7177:2008+A1:2011

Matrace musí být vyrobena z vysoce kvalitní pěny CME

Matrace má pěnu uvnitř technologie vzduchových článků

Matrace má hustotu 39, 200 nominální tvrdost jádra

Matrace používá hustotu 39, 120 nominální pěnu tvrdosti uvnitř vzduchových článků

Matrace zajišťuje jak odlehčení tlaku, tak přerozdělování tlaku

Matrace je vhodná pro použití u pacientů s velmi vysokým rizikem vzniku dekubitu

Matrace má bezpečnou pracovní zátěž cca 254 kg/40 kamene nebo vyšší

Matrace má 10 minutové střídání cyklu na jednu buňku

Matrace má pevnou hlavu

Matrace má řezy aby mohla lépe profilovat postel

Matrace má standardní rozměry 198 cm x 88 cm x 15 cm

Možnost vytvoření velikosti matrací dle požadavků

Matrace o váze do 14 kg z důvodu snadné manipulace

Jednotlivé buňky v matraci lze v případě potřeby nebo v případě poškození uzavřít

Matrace má integrovanou nízkotlakou patní zónu pouze vzduchem

Integrovaná patní zóna se přizpůsobuje tělesné hmotnosti a pohybu pacienta

Integrovaná patní zóna pokrývá minimálně 460 mm

Integrované zóny paty mohou vytvářet tlak bez připojeného čerpadla

Potah je vyroben z více vrstvého materiálu, vodě odolného

Potah s životností min. 8 let
Potah je k dispozici v různých barvách dle potřeby
Potah může mít sítotisk s názvem zákazníka
Kryt může mít PU pokryté pupeční v případě potřeby
Potah má snadno použitelný zip s kroužkem
Kryt má 2 " ochranný kryt zip klapky, aby se zabránilo vniknutí
Kryt lze vyčistit chlornanovým roztokem zředěným na 1 000 ppm dostupného chloru
Potah lze čistit chlornanovým roztokem zředěným na 10 000 ppm chlóru pro těžké znečištění
Čerpadlo má poplašný systém s diagnostikou
Čerpadlo má indikátor servisního světla
Čerpadlo má snadnou funkci vypuštění s časem ne déle než 10 sekund
Čerpadlo zajišťuje výběr tlaku nízké nebo vysoké, s tlaky 18mmHg na nízké nastavení a 26mmHg na vysoké nastavení. Čerpadlo má spotřebu energie max 10W

Výše uvedený standard odpovídá velmi kvalitním matracím, které je možné v rámci předmětu plnění a stanovené předpokládané hodnoty v minimálním počtu 10 ks. Pořídit.
Bude zadavatel požadovat výše popsané matrace?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na parametrech nábytku stanovených v zadávacích podmínkách.

Lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 12. 5. 2021

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření