

Odpověď na žádost uchazeče o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Dodávka systému hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF pro použití v laboratořích lékařské mikrobiologie“

Vážená paní, vážený pane,

v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky „Dodávka systému hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF pro použití v laboratořích lékařské mikrobiologie“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 5. 2014, zadavatelem Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., se sídlem Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov, IČO: 26000237, zadavatel přijal dne 6. 6. 2014 následující žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám, jejichž přesné znění zní:

„Vážení,

*v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímto žádáme o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „**Dodávka systému hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF pro použití v laboratořích lékařské mikrobiologie**“.*

Naše dotazy zní následovně:

Dotaz 1:

Zadavatel v rámci své běžné činnosti identifikuje jak bakterie a mikromycety, tak mykobakterie, což chce zachovat i nadále.

Kvůli této technické podmínce je v Příloze č. 6 – Technická specifikace, bod 1 – Obecné požadavky identifikován požadavek na možnost identifikace mikroorganismů s použitím specializovaných databází.

Požaduje zadavatel jednoznačně 2 individuální specializované databáze pro identifikace mykobakterií a vláknitých hub, které jsou volitelným placeným příslušenstvím přístrojového systému nebo je minimální podmínkou softwarového vybavení standardně dodávaná Knihovna, která ve své databázi obsahuje kromě bakterií i rodovou a druhovou databázi mykobakterií, kvasinek a vláknitých hub?

Dotaz 2:

V Příloze č. 6 – technická specifikace, bod 4 – Servisní zabezpečení požaduje zadavatel poskytnutí záruky v minimální délce 24 měsíců a v rámci takto trvajících záruky zajištění všech servisních úkonů, prohlídek, údržby, náhradních dílů a dopravy bezplatně.

Platí tento požadavek jako nepodkročitelné minimum i při nabídce dodávky použitého přístrojového systému ne staršího než 4 roky?

Pokud ne, jaká je minimální požadovaná délka záruky v případě dodávky použitého přístroje?

Děkuji za vyřízení naší žádosti. “

Odpověď na shora uvedenou žádost zní:

K výše uvedeným dotazům, se kterými se zadavatel vypořádává ve smyslu § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu s článkem 11 bodu prvního zadávací dokumentace, uvádí v zákonné lhůtě následující:

Dotaz č. 1:

K prvnímu dotazu zadavatel sděluje následující odpověď. Zadavatel nepožaduje dvě individuální specializované databáze pro identifikaci mykobakterií a vláknitých hub, které jsou volitelným placeným příslušenstvím přístrojového systému. Zadavatel pouze poukazuje na možnost, pokud by přístrojový systém tímto příslušenstvím disponoval.

Minimální podmínkou pro splnění této technické podmínky specifikované v Příloze č. 6 - Technická specifikace, v bodu jedna, je uvedená standardně dodávaná knihovna, která ve své databázi obsahuje kromě bakterií i rodovou a druhovou databázi mykobakterií, kvasinek a vláknitých hub.

Dotaz č. 2:

Ke druhému dotazu sděluje zadavatel následující odpověď. Zadavatel stanovil v Příloze č. 6 - Technické specifikaci a stejně tak i v návrhu Kupní smlouvy, který je Přílohou č. 1, požadavek, aby prodávající definoval obsah záručního servisu s tím, že zadavatel požaduje poskytnutí záruky v minimální délce 24 měsíců a v rámci takto trvající záruky zajištění jakýchkoli prací, prohlídek, údržby, náhradních dílů a dopravy, a to vše bezplatně. Zadavatel předepisuje, že tento požadavek platí, jak pro stroj použitý, tak pro stroj nový.

Zadavatel určil záruční servis jako záruku za jakost v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, přičemž zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka se tedy vztahuje na všechny vady, které do záruky dle zákonné dikce spadají.

Pokud vzniknou v průběhu dvouleté záruky v souvislosti s provozem přístroje vady, které nelze uplatnit dle výše zmíněné zákonné úpravy, budou řešeny formou mimozáručního servisu, který již není poskytován bezplatně.

Nadto zadavatel stanovil požadavek na sepsání obsahu mimozáručního servisu, specifikace a ceny prací, náhradních dílů a dopravy minimálně na dobu pěti let, což již není předmětem hodnocení veřejné zakázky v zadávacím řízení.

Zadavatel dále podotýká, že stanovil délku záruky v souladu s běžným a zavedeným postupem, neboť tím, že se prodávající zaručí poskytovat bezplatný záruční servis ve lhůtě 24 měsíců se lze dá předpokládat, že předkládá stroj je plně funkční a bez vad. Zadavatel je nucen nakládat s finančními prostředky hospodárně a v souladu se zákonnými ustanoveními, aby naplnil tuto povinnost, kterou mu zákon stanovil, je nucený požadovat zákonnou délku záruky ve výši 24 měsíců. Zadavatel tedy musí jednat tak, aby co nejvíce eliminoval případné riziko a pořídit stroj, u kterého lze předpokládat, že je garantována životnost kterékoli součásti přístroje alespoň po dobu dvou let.

V Trutnově dne 11. 6. 2014



**MUDr. Roman Koudele, MBA, ředitel nemocnice
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.**

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Maxima Gorkého 77, Kryblíče, 541 01 Trutnov
IČO: 260 00 237, DIČ: CZ26000237
tel.: 499 866 111, fax: 499 815 161