

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Zakázka: Endoskopická věž (ORL) pro Oblastní nemocnici Náchod

Identifikační údaje zadavatele

podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019.

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

JUDr. Jana Mitrovič, tel.: +420 495 817 453, e-mail: jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO	260 00 202
DIČ	CZ699004900
Jednající	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, toto vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v dokumentu Technická specifikace veřejné zakázky s názvem „Endoskopická věž (ORL) pro oblastní nemocnici Náchod“ požaduje 4K UHD hlavní monitor s uhlopříčkou min. 32“.

Dotaz: Bude Zadavatel akceptovat nabídku endoskopické věže s 4K UHD hlavním monitorem s uhlopříčkou 31“?

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na svém požadavku, tj. 4K UHD hlavní monitor s uhlopříčkou min. 32". Zadavatel volil stanovení min. velikosti 32" s ohledem na požadavky pracoviště uživatele. S vyšší uhlopříčkou dochází ke zvětšení pracovní plochy, jsou vidět jemnější detaily, což vede k zajištění podstatně vyššího komfortu operátora, což vede zejména k zajištění vyšší kvality a bezpečnosti operačního výkonu.

Zadavatel současně uvádí, že průzkumem trhu si ověřil, že hlavním monitorem s uhlopříčkou min. 32" disponuje na trhu více dodavatelů a nejedná se tak o diskriminační parametr.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové 4. 6. 2021

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření